



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ**  
**1 Υ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ**  
**ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.**  
**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**  
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΑΖΗ ΑΝΝΑ  
 ΤΗΛ.: 213 2068917-18  
 FAX : 213 2068259  
 Email: [prom@0310.syzefxis.gov.gr](mailto:prom@0310.syzefxis.gov.gr)

Αθήνα 24/11/2020  
 Αρ. Πρωτ: 30690

#### **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ «ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ»**

για την επείγουσα προμήθεια << Ξενοδοχειακού εξοπλισμού και εξοπλισμού πληροφορικής για τις νέες μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ)>>, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την αντιμετώπιση και ανάσχεση της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 42/Α'/25-2-2020), όπως κυρώθηκε και τροποποιήθηκε με τον Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76Α/03-04-2020) και έχει ήδη αντικατασταθεί με το άρθρο 13 του Ν. 4693/2020.
2. Τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α'/11-03-2020), όπως κυρώθηκε με τον Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76Α/03-04-2020).
3. Τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/Α'/ 14-03-2020), όπως κυρώθηκε με τον Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76Α/3-04-2020).
4. Τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΦΕΚ 68/20-03-2020), όπως κυρώθηκε με τον Ν. 4683/2020 (ΦΕΚ 83Α/10-04-2020).
5. Τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75Α/ 30-03-2020), όπως κυρώθηκε με τον Ν. 4684/2020 (ΦΕΚ 86Α/25-04-2020).
6. Τις διατάξεις του Ν. 4682 (ΦΕΚ Α' 76/03-04-2020) , όπως κυρώθηκε με τον Ν.4690/2020 (ΦΕΚ 104Α/30-05-2020).
7. Τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 84/Α'/13-4-20), όπως κυρώθηκε με τον Ν.4690/2020 (ΦΕΚ 104Α/30-05-2020).
8. Τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 90/Α'/1-05-20), όπως κυρώθηκε με τον Ν.4690/2020 (ΦΕΚ 104Α/30-05-2020).
9. Τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 157/Α'/10-08-20), όπως κυρώθηκε με τον Ν.4722//2020 (ΦΕΚ 177Α/15-09-2020).
10. Το από 14/10/2020 Πρακτικό της 131ης Συνεδρίασης του Κε. Σ.Υ. Πε.
11. Το Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147/Α/08.08.2016), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

12. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/5-8-2016), άρθρο 9 παρ. 4 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
13. Την υπ' αρ. πρωτ. 50761/16-11-2020 Απόφαση Διοικητή της 1<sup>ης</sup> ΥΠΕ με θέμα την προμήθεια << Ξενοδοχειακού εξοπλισμού και εξοπλισμού πληροφορικής για τις νέες μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ)>>.
14. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση και ανάσχεση της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
15. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 30688/24-11-2020 απόφαση της Διοικήτριας του Νοσοκομείου με θέμα την διενέργεια διεξαγωγής διαγωνισμού με την διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Συλλογής Προσφορών μέσω «ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ» για την επείγουσα Προμήθεια << Ξενοδοχειακού εξοπλισμού και εξοπλισμού πληροφορικής για τις νέες μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ)>>.

### Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε τ α ι

**Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Συλλογή Προσφορών μέσω «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» για την επείγουσα Προμήθεια << Ξενοδοχειακού εξοπλισμού και εξοπλισμού πληροφορικής για τις νέες μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ)>>, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.**

CPV	Είδη
39313000-9, Ξενοδοχειακός εξοπλισμός	Ως κατωτέρω, ξενοδοχειακός εξοπλισμός
32522000-8, Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών	Ως κατωτέρω, εξοπλισμός τεχνολογίας και επικοινωνίας

### ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η επείγουσα προμήθεια << Ξενοδοχειακού εξοπλισμού και εξοπλισμού πληροφορικής για τις νέες μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ)>>, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ως ακολούθως:

### ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΣ
1	ΨΥΓΕΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ	1
2	ΟΙΚΙΑΚΟ ΨΥΓΕΙΟ	1
3	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ	6
4	ΣΩΜΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ	3
5	ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ	1
6	ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟΣΤΙΕΡΑ	ΑΠΟ 1
7	ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ	1
8	ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ – ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ	8
9	ΕΡΜΑΡΙΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	1

10	ΕΡΜΑΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ	1
11	ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ/ ΑΛΛΑΓΗΣ	6
12	ΣΤΗΛΕΣ ΟΡΟΥ	8
13	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ	1
14	ΜΙΚΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	1
15	ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ	1
16	ΦΟΡΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ	1
17	ΚΥΒΟΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ	3
18	ΚΑΝΙΣΤΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΝ	8
19	ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ	1
20	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΥΤΙΑ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ
21	ΝΤΕΞΙΟΝ	1
22	ΣΕΝΤΟΝΙΑ	100
23	ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ	15
24	ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ	30
25	ΠΑΠΛΩΜΑΤΑ	10
26	ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΠΙΚΕ ΜΑΛΛΙΝΗ	10
27	ΠΕΤΣΕΤΕΣ – ΜΠΟΥΡΝΟΥΖΟΠΕΤΣΕΤΕΣ	30
28	ΚΑΡΕΚΛΕΣ	30
29	ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ	6
30	ΚΟΜΟΔΙΝΑ	6
31	ΤΡΑΠΕΖΙΔΙΑ	6
32	ΣΚΑΜΠΟ	2
33	ΥΠΟΠΟΔΙΑ	6
34	ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΦΑΚΕΛΩΝ	1
35	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ	2
36	ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	10
37	ΠΑΡΑΒΑΝ	6

#### ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΣ
38	ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ	3
39	ΤΗΛΕΦΩΝΑ	5
40	ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ	3
41	ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ	2
42	ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ	1

Η δαπάνη θα καλυφθεί από την δωρεά του ιδρύματος Νιάρχος.

Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Προσφορές μπορούν να υποβάλλονται όχι μόνο για το σύνολο των ζητούμενων ποσοτήτων ανά είδος, αλλά και για μέρος της ποσότητας εκάστου είδους. Η Υπηρεσία, σε περίπτωση που η οικονομικότερη από

άποψη τιμής προσφορά, δεν καλύπτει το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας που ορίζεται στην πρόσκληση εντός του προβλεπόμενου χρόνου παράδοσης, διατηρεί το δικαίωμα της κατακύρωσης της υπόλοιπης ποσότητας των ειδών από την αμέσως επόμενη οικονομικότερη προσφορά. Σε περίπτωση και πάλι μη κάλυψης των ποσοτήτων, η διαδικασία αυτή θα ακολουθηθεί έως την προμήθεια της συνολικής ποσότητας των ειδών.

**Επισήμανση: Οι τελικές τιμές που θα προκύψουν από τις διαγωνιστικές διαδικασίες θα έχουν την τελική έγκριση από την 1<sup>η</sup> Υ.ΠΕ. Αττικής ή το ΚΕΣΥΠΕ**

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας και της Υπηρεσίας .

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

<b>A/A 1</b>	<b>ΨΥΓΕΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ</b>	<b>1</b>
--------------	------------------------	----------

#### **Χαρακτηριστικά Τεχνικά**

Είδος Ψυγείο Βιτρίνας

Χωρητικότητα 314 lt

Ισχύς -

Ελάχιστη Θερμοκρασία 1 °C

Μέγιστη Θερμοκρασία 15 °C

Βιτρίνας Ναι

Τοποθέτηση Δαπέδου

#### **Διαστάσεις**

Πλάτος 53 cm

Βάθος 59,5 cm

Ύψος 179,3 cm

<b>A/A 2</b>	<b>ΟΙΚΙΑΚΟ ΨΥΓΕΙΟ</b>	<b>1</b>
--------------	-----------------------	----------

#### **Χαρακτηριστικά Γενικά**

Τύπος Ψυγειοκαταψύκτης

Χρώμα Inox

Ενεργειακή Κλάση A++

Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας 224 kWh/y

Επίπεδο Θορύβου 40 dB

#### **Χωρητικότητα (Καθαρή)**

Συνολική Χωρητικότητα 295 lt

Χωρητικότητα Συντήρησης 219 lt

Χωρητικότητα Κατάψυξης 76 lt

#### **Δυνατότητες & Λειτουργίες**

Εντοιχιζόμενο Όχι

No Frost Ναι

Έξοδος Κρύου Νερού Όχι

Έξοδος για Παγάκια Όχι

Ενσωματωμένο Μίνι Μπαρ Όχι

**Διαστάσεις**

Ύψος 188 cm

Πλάτος 59,5 cm

Βάθος 63,5 cm

<b>A/A 3</b>	<b>ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ</b>	<b>6</b>
--------------	--------------------	----------

**Περιγραφή**

- Τάση Τροφοδοσίας (V): 220-240V
- Ονομαστική Ισχύς (W): 60W
- Συχνότητα Λειτουργίας (Hz): 50/60Hz
- Ενεργειακή Κλάση: A+
- Καθαρό Βάρος Προϊόντος (kg): 6,500kg
- Τηλεχειριστήριο: Ναι
- Χρονοδιακόπτης: Ναι
- Ώρες Λειτουργίας Χρονοδιακόπτη: 1 - 7,5h
- Ταχύτητες: 3
- Ύψος : 1,3m
- Ρυθμιζόμενο Ύψος: 1,20-1,30m
- Διάμετρος: Φ45cm
- Στροφές : 1250
- Στάθμη Έντασης Ήχου σε dB: 40dB
- Χρώμα Προϊόντος: Μαύρο
- Υλικό Κατασκευής Προϊόντος: Πλαστικό
- Υλικό Κατασκευής Φτερωτών: Πλαστικό
- Αριθμός Φτερωτών: 5
- Τύπος Βάσης: Στρογγυλή
- Τύπος Πλέγματος: Γραμμωτό
- Περιστρεφόμενος: 60°
- Ρυθμιζόμενη Γωνία Αέρα: 110°

<b>A/A 4</b>	<b>ΣΩΜΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ</b>	<b>3</b>
--------------	-----------------------	----------

**Χαρακτηριστικά**

Ισχύς 2500 W

Βαθμίδες Θέρμανσης 2

Φέτες 11

Δυνατότητες &amp; Λειτουργίες -

<b>A/A 5</b>	<b>ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ</b>	<b>1</b>
--------------	-------------------	----------

Συνολική Ισχύς: 100 Watt

Αριθμός Ηχείου: 2

Δυνατότητες Αναπαραγωγής: MP3/WMA/CD-R/-RW/FM-Radio

Bluetooth: Ναι

Είσοδοι/Εξοδοι: USB/Audio Out/Aux in

Λειτουργία Karaoke: Όχι

2 έτη εγγύηση Προμηθευτή

<b>A/A 6</b>	<b>ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ και ΤΟΣΤΙΕΡΑ</b>	<b>Από 1</b>
--------------	-------------------------------	--------------

**Χαρακτηριστικά ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ**

Παροχή Καφέ Αλεσμένος  
 Ισχύς 1100 W  
 Χωρητικότητα lt 1,25 lt  
 Κανάτα Γυάλινη  
 Προγραμματιζόμενη Όχι  
 Χωρητικότητα Φλυτζάνια 10 cups

**Χαρακτηριστικά ΤΟΣΤΙΕΡΑ**

Ισχύς 2000 W  
 Χρώμα Γκρι  
 Χωρητικότητα 4 Τοστ  
 Είδος Πλακών Με Ραβδώσεις  
 Extra Κεραμικές Πλάκες  
 Αποσπώμενες Πλάκες Ναι

<b>A/A 7</b>	<b>ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ</b>	<b>1</b>
--------------	-----------------------------	----------

**Χαρακτηριστικά**

- Χωρητικότητα Φούρνου 20lt
- 6 Προγράμματα
- Περιστρεφόμενος δίσκος
- Σχάρα
- Ισχύς 700W
- Χρώμα Μαύρο/Ασημί
- Timer
- Διαστάσεις συσκευής 33x45,2x26,2cm

<b>A/A 8</b>	<b>ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ – ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ</b>	<b>8</b>
--------------	--------------------------------	----------

**Χαρακτηριστικά πολύμπριζου**

Με Καλώδιο Ναι  
 Αριθμός Πριζών 5  
 Μήκος Καλωδίου 1,83 m  
 Χρώμα Λευκό

**Δυνατότητες & Λειτουργίες**

Ασφαλείας Ναι  
 USB Όχι  
 Προστασία Τηλεόρασης Όχι  
 Προστασία Τηλεφώνου Όχι  
 Διακόπτης Ναι

<b>A/A 9</b>	<b>ΕΡΜΑΡΙΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ</b>	<b>1</b>
--------------	--------------------------	----------

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΘΑΡΟΥ-ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ  
 ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Να είναι κατασκευασμένο (σκελετός) από ανοξείδωτο σωληνωτό ατσάλι (22MM)

Να φέρει από την μία πλευρά 3 ράφια από υψηλής ποιότητας μελαμίνη κλειόμενα

Από πόρτα δύο φύλλων.

Από την άλλη πλευρά θα φέρει δύο στεφάνες με ειδικά λάστιχα για την τοποθέτηση των σάκων συλλογής ακάθαρτου ιματισμού κλειόμενους από καπάκια με ποδοκίνητους μηχανισμούς.

Ο ιματισμός κατά την συλλογή του να μην έρχεται σε επαφή με το τροχήλατο παρά μόνο με το σάκο ιματισμού.

Οι σάκοι να κλείνουν από καπάκια με ποδοκίνητους μηχανισμούς.

Να διαθέτει 4 περιστρεφόμενους τροχούς με φρένο.

Να φέρει χειρολαβές ώθησης και από τις δύο πλευρές.

Διαστάσεις 995β χ 600μ χ 1110υ mm.

Να προσκομισθεί δείγμα.

<b>A/A 10</b>	<b>ΕΡΜΑΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ</b>	<b>1</b>
---------------	-------------------------	----------

Χαρακτηριστικά ΕΡΜΑΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΝΤΟΥΛΑΠΑ

- Κατασκευασμένη από μελαμίνη και πλαστικό υψηλής ανοχής.
- Διαθέτει 2 εξωτερικές πόρτες με 8 θήκες τοποθέτησης φαρμάκων στην κάθε μια.
- Στο εσωτερικό της ντουλάπας υπάρχουν 2 ακόμη στήλες με 16 θήκες τοποθέτησης φαρμάκων στην κάθε μια.
- Διαθέτει ξεχωριστό ντουλάπι για τα ναρκωτικά, το οποίο είναι εξοπλισμένο με κλειδαριά.
- Οι εξωτερικές πόρτες έχουν άνοιγμα 270° ενώ οι εσωτερικές 90°.
- Στην βάση της διαθέτει 4 στηρίγματα μεταβλητού ύψους για την πλήρη σταθεροποίηση της ντουλάπας σε κάθε επιφάνεια.
- Διαθέτει κεντρικό κλείδωμα.
- Στο εσωτερικό της έχει 4 ράφια τα οποία ρυθμίζονται σε ύψος ανάλογα με της ανάγκες της αποθήκευσης.
- Εξωτερικά υπάρχει ειδική αντιχαλασματική επίστρωση.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ύψος 200cm

Μήκος 90cm

Πλάτος 60cm

<b>A/A 11</b>	<b>ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ/ ΑΛΛΑΓΗΣ</b>	<b>6</b>
---------------	-------------------------------------	----------

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ/ΑΛΛΑΓΗΣ

- Σκελετός κλειστού τύπου, κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι – INOX 304
  - Η επιφάνεια εργασίας είναι επίπεδη και φέρει κάγκελο προστασίας σε 3 πλευρές
  - Φέρει 8 ανοξείδωτα, προσθαφαιρούμενα συρτάρια
  - Φέρει 1 χειρολαβή ωθήσεως
  - Φέρει 4 τροχούς, εκ των οποίων οι 2 φέρουν φρένο
  - Φέρει προσκρουστήρες και στις 4 γωνίες για την εξομάλυνση των προσκρούσεων
  - Διαστάσεις: 50 X 75 X 100cm
- \* Δυνατότητα επιλογής διαστάσεων και αριθμού συρταριών και ραφιών

<b>A/A 12</b>	<b>ΣΤΗΛΕΣ ΟΡΟΥ</b>	<b>8</b>
---------------	--------------------	----------

### **Περιγραφή ΣΤΗΛΕΣ ΟΡΟΥ**

Στατώ ορού Inox Α' Ποιότητας KAWE Γερμανίας

Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι με πεντάκτινη βάση .

Επίσης εξασφαλίζει υψηλή σταθερότητα με σταθερό πλαστικό σταυροειδές σχήμα, γάντζους ασφαλείας (μέγιστο βάρος ανάρτησης ανά γάντζο: 2 κιλά) για τις φιάλες έγχυσης, συμπεριλαμβανομένης της ρίψης γυαλιού από συνθετικό υλικό ρυθμιζόμενου ύψους έως περίπου.

Αθόρυβοι διπλοί κύλινδροι 213 cm Ø 50 mm και 1 αντιστατικός κύλινδρος, συμπεριλαμβανομένου του σετ εργαλείων συναρμολόγησης, χωριστά συσκευασμένο,

Ελάχιστο ύψος: 120 cm, μέγιστο ύψος: 210 cm, Ø του ποδιού στήριξης 60 cm.

Βάρος: 3,3 kg

<b>A/A 13</b>	<b>ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ</b>	<b>1</b>
---------------	-----------------------------	----------

### **ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ**

ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ ΤΡΙΠΛΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΠΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 400mm ΜΕ ΒΑΣΗ ΡΟΛΛΟΥ ΦΙΛΜ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ.

<b>A/A 14</b>	<b>ΜΙΚΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ</b>	<b>1</b>
---------------	----------------------------------	----------

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ – ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

1.ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Το ζητούμενο είδος θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές, που θα πρέπει να αποδεικνύονται στην Τεχνική Περιγραφή και σε Φύλο Συμμόρφωσης και να τεκμηριώνονται με αντίστοιχες παραπομπές σε πρωτότυπα prospectus, ή άλλα επίσημα έγγραφα:

1.1.Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, τελευταίο μοντέλο, αναγνωρισμένου οίκου, με πιστοποίηση κατά ISO, να φέρει τη σήμανση CE και να λειτουργεί με 220 V/50 Hz.



- 1.2. Το πλυντήριο να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές (ENISO15883).
- 1.3. Να είναι κατάλληλο για πλύση, απολύμανση και στέγνωμα ιατρικού εξοπλισμού (όπως μικροχειρουργικής, αναισθησιολογίας κ.τ.λ.).
- 1.4. Να συνοδεύεται απαραίτητα με κατάλληλο φορέα φόρτωσης χειρουργικών εργαλείων χωρητικότητας δέκα (10) τουλάχιστον δίσκων κατά DIN. Ο προσφερόμενος φορέας να είναι συμβατός με τα υπάρχοντα τροχήλατα του Νοσοκομείου.
- 1.5. Να διαθέτει ενσωματωμένη μονάδα αποσκλήρυνσης νερού.
- 1.6. Οι εξωτερικές του διαστάσεις να είναι: 650 x700 x1900 mm (ΜxΒxΥ) περίπου, ενώ η χωρητικότητα του θαλάμου πλύσης να είναι 220 lt περίπου.
- 1.7. Να αναφερθούν αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά παροχών για την πλήρη λειτουργία του.
- 1.8. Το πλυντήριο να είναι κατασκευασμένο εξωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα AISI304.
- 1.9. Εσωτερικά να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI316L, ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες, χημικά, αλκαλικά και όξινα υγρά.
- 1.10. Να διαθέτει δύο (2) πόρτες θαλάμου, οι οποίες να ανοίγουν από μπροστά έως την οριζόντια θέση, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως επιφάνεια φόρτωσης -εκφόρτωσης των υλικών.
- 1.11. Οι πόρτες να φέρουν παράθυρο για την παρακολούθηση του εσωτερικού του θαλάμου πλύσης.
- 1.12. Η διαδικασία πλύσης –απολύμανσης –στεγνώματος να εκτελείται αυτόματα μέσω ενσωματωμένου μικροεπεξεργαστή με δυνατότητα σύνδεσης σε εκτυπωτή μέσω σειριακής εξόδου RS232 για τεκμηρίωση –αρχειοθέτηση.
- 1.13. Να διαθέτει πίνακα ελέγχου με πλήκτρα αφής, ενδεικτικές λυχνίες LED και ψηφιακή οθόνη υγρών κρυστάλλων LCD, στην οποία παρουσιάζεται κάθε είδους πληροφορία, όπως το ενεργοποιούμενο πρόγραμμα, οι παράμετροι καθώς και μηνύματα κατάστασης και βλαβών.
- 1.14. Να παρέχει τη δυνατότητα απομνημόνευσης προγραμμάτων πλύσης για διάφορες ανάγκες. Δέκα (10) προγράμματα τουλάχιστον να είναι προεγκατεστημένα ενώ να παρέχεται μέσω κωδικού η δυνατότητα τροποποίησης και προσαρμογής των παραμέτρων τους.
- 1.15. Να φέρει αντλία κυκλοφορίας νερού ικανής δυναμικότητας (περίπου 600 l/min) καθώς και σύστημα στεγνώματος μέσω τουρμπίνας υψηλής πίεσης ή άλλου μέσου ικανής δυναμικότητας (περίπου 250 m<sup>3</sup>/h) στεγνώματος των υλικών, με σύστημα φιλτραρίσματος με ρυθμιζόμενο χρόνο και θερμοκρασία για το στέγνωμα των υλικών εξωτερικά αλλά και εσωτερικά.
- 1.16. Να δύναται να διαθέτει αντλία αποχέτευσης. Να προσφερθεί προς επιλογή.
- 1.17. Να διαθέτει τριπλό σύστημα φιλτραρίσματος στο υδραυλικό κύκλωμα, προς αποφυγή επιμολύνσεων.
- 1.18. Να διαθέτει τρεις (3) αυτόματες δοσομετρικές αντλίες για τα απολυμαντικά υγρά. Κάθε δοσομετρική αντλία να είναι εξοπλισμένη με ελεγκτή στάθμης του δοχείου. Να παρέχεται η δυνατότητα να εξοπλιστεί με επιπλέον δοσομετρική αντλία για επιπλέον παροχή υγρού.
- 1.19. Να διαθέτει κατά προτίμηση ενσωματωμένο συμπυκνωτή υδρατμών για την ελαχιστοποίηση της παρουσίας ατμού στο χώρο πλύσης.
- 1.20. Να διαθέτει ενσωματωμένο εκτυπωτή. Να προσφερθεί προς επιλογή.
- 1.21. Να φέρει θύρα RS232 για την σύνδεση και μεταφορά δεδομένων με Η/Υ.

1.22. Στη βάση του να παρέχεται χώρος για την αποθήκευση τουλάχιστον δύο (2) δοχείων απολυμαντικών.

## 2.ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

2.1. Τα είδη θα εγκατασταθούν και θα παραδοθούν σε πλήρη και κανονική λειτουργία, με φροντίδα και δαπάνη του Προμηθευτή, σε χώρους που θα υποδείξει το Νοσοκομείο, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφάλειας ασθενών, χειριστών, περιβάλλοντος. Ο Προμηθευτής θα υποβάλλει με την προσφορά του, τυχόν προαπαιτούμενες υποδομές (παροχές, συνδέσεις κ.λπ.) ή άλλες υποχρεώσεις του Νοσοκομείου, προκειμένου να υλοποιηθεί η παράδοση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή.

2.2. Τα προσφερόμενα είδη θα έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) χρόνια τουλάχιστον και πλήρη υποστήριξη σε ανταλλακτικά και service για δέκα (10) χρόνια τουλάχιστον, με αποδεδειγμένη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Τυχόν περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από την εγγύηση (π.χ. αναλώσιμα ή εργασίες), θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφερθούν. Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, με το οποίο βεβαιώνεται η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης.

2.3. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης θα γίνονται, με ευθύνη και μέριμνα του Προμηθευτή, δωρεάν, όλοι οι προληπτικοί έλεγχοι και οι συντηρήσεις, όταν και όπως προβλέπονται από τον κατασκευαστή, καθώς και η αποκατάσταση όλων των έκτακτων βλαβών, με επισκευή ή αντικατάσταση των τμημάτων που έχουν υποστεί βλάβη, από εξειδικευμένο τεχνικό, ο οποίος υποχρεούται να επεμβαίνει επιτόπου, εντός 24 ωρών το αργότερο από την έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίησή του.

2.4. Να δοθούν πλήρη στοιχεία για την οργάνωση του service του Προμηθευτή, ο οποίος πρέπει να έχει επαρκή εμπειρία στο συγκεκριμένο είδος, καθώς και πελατολόγιο του προσφερόμενου είδους. Θα αξιολογηθεί θετικά η ύπαρξη τοπικού service.

2.5. Να δοθούν βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου, από τις οποίες να φαίνεται ότι ο προμηθευτής είναι εξουσιοδοτημένος ως προς την παροχή πλήρους τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης και ότι επαρκής αριθμός στελεχών του Προμηθευτή έχουν εκπαιδευτεί από τον οίκο κατασκευής του προϊόντος.

2.6. Να επισυναφθούν τα πιστοποιητικά CE του είδους και ISO του οίκου καθώς και Βεβαίωση πιστοποιημένου φορέα περί συμμόρφωσης του προμηθευτή με τις Αρχές και Κατευθυντήριες Γραμμές για την ορθή πρακτική διανομής και εξυπηρέτησης (service) ιατροτεχνολογικών προϊόντων, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/ΓΠ.οικ./1348, ΦΕΚ 32Α/16-01-04).

2.7. Να συνοδεύεται η τεχνική προσφορά με οδηγίες χρήσης και συντήρησης του προϊόντος στην ελληνική γλώσσα, οι οποίες πρέπει να αποδίδουν πιστά το πρωτότυπο κείμενο και να φέρουν την έγκριση του κατασκευαστή (Νόμος 2955/01, άρθρο 2, παρ. 5).

2.8. Να παρέχεται κατά την παράδοση του προϊόντος δωρεάν εκπαίδευση των χειριστών στη θεωρία, το χειρισμό και τη λειτουργία, αλλά και των τεχνικών στην επισκευή και συντήρηση και τα μέτρα ασφάλειας των χρηστών και του μηχανήματος (Νόμος 2955/01, άρθρο 2, παρ. 5).

2.9. Να παραδοθούν, με την παράδοση του είδους, τα πρωτότυπα εγχειρίδια χειρισμού και service, με τα κυκλωματικά διαγράμματα, τις οδηγίες επισκευής και συντήρησης και τους κωδικούς των ανταλλακτικών.

2.10. Να περιγραφεί το αναλυτικό πρόγραμμα συντηρήσεων που προβλέπεται από τον κατασκευαστή, να διευκρινιστούν σαφώς οι χρόνοι και το είδος των συντηρήσεων που πρέπει να κάνει ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος και ενδεχομένως ο χρήστης και να αναφερθούν αναλυτικά όλα τα απαιτούμενα αναλώσιμα ή άλλα υλικά των συντηρήσεων, με τους κωδικούς, τις τιμές και το χρόνο ζωής τους.

2.11. Να δοθούν οικονομικές προσφορές, ως εκατοστιαίο ποσοστό της συνολικής αξίας αγοράς, για πλήρη τεχνική υποστήριξη, με ετήσια Σύμβαση Συντήρησης και επισκευής, με ανταλλακτικά και χωρίς ανταλλακτικά, που θα ισχύσει μετά τη λήξη της εγγύησης και για 10 συνολικά χρόνια. Τυχόν περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από τη Σύμβαση Συντήρησης (π.χ. αναλώσιμα ή εργασίες), θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφερθούν. Η Σύμβαση θα υλοποιηθεί εφόσον κριθεί συμφέρουσα.

2.12. Ο χρόνος παράδοσης να μην υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

<b>Α/Α 15</b>	<b>ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ</b>	<b>1</b>
---------------	----------------------------------	----------

#### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

1. Να είναι μεταλλικό και ηλεκτροστατικό βαμμένο.

2. Οι τροχοί να είναι συμπαγείς βαρέως τύπου από υλικό υψηλής αντοχής με διάμετρο πίσω περίπου 600 mm, με φρένο ανά τροχό και μπροστά με διάμετρο περίπου 200mm και περιστρεφόμενες.

3. Να είναι σταθερά μη πτυσσόμενα και στη πλάτη να φέρει χειρολαβές για την οδήγηση.

4. Τα πέλματα(υποπόδια) να είναι μεταλλικά με δυνατότητα αναδίπλωσης και καλή στερέωση για τη προσέγγιση και την απομάκρυνση των ασθενών.

5. Οι διαστάσεις της πλάτης να είναι περίπου 48 X 38cm και του καθίσματος 48 X 42 περίπου.

6. Η έδρα και η πλάτη του καροτσιού να είναι από σκληρό υλικό υψηλής αντοχής με επένδυση από αφρολέξ και δερματίνη.

7. Να φέρει μπράτσα και από τις δύο πλευρές με επένδυση από ισχυρής αντοχής μαλακό και αφιδρωτικό υλικό που να καθαρίζεται εύκολα.

8. Να υπάρχουν θέσεις για στατό ορών αριστερά και δεξιά με ανάλογη βέργα στατό ορού(δύο άγκιστρα) και με σταθερή συγκράτηση.

9. Να διαθέτει θέση για φιάλη οξυγόνου πίσω από το κάθισμα με διάμετρο περίπου 16 cm.

10. Να υπάρχει σήμανση με τα διακριτικά του νοσοκομείου.

11. Το προσφερόμενο είδος να ακολουθεί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές κατασκευής.

12. Εγγύηση 5 ετών άρτιας κατασκευής και λειτουργίας και υποχρέωση συντήρησης με χρήση ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη.

13. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.

<b>A/A 16</b>	<b>ΦΟΡΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ</b>	<b>1</b>
---------------	---------------------------------	----------

#### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΥΨΟΥΣ

**ΣΚΕΛΕΤΟΣ:** Να είναι κατασκευασμένος εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτους σωλήνες βαρέως τύπου (αντιμαγνητικό υλικό).

**ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:** Η εξωτερική 200 χ 75 εκ. και η επιφάνεια κατάκλισης ασθενούς περίπου 195 χ 65 εκ.

**ΒΑΡΟΣ:** Μεταφοράς 180 κιλά περίπου.

**ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ:** Να υποδιαιρείται σε δύο τμήματα. Η ανύψωση της πλάτης να γίνεται μέσω κλίμακας (5-7 σκάλες) με εγκοπές μεταλλικές και σε γωνία από 0ο έως 90ο. Ο χειρισμός να γίνεται εξωτερικά του ερεισίνωτου για την ασφάλεια του χρήστη. Η πλάτη και το επίπεδο κατάκλισης να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτη λαμαρίνα συνεχές χωρίς πλέγμα.

Να διαθέτει ανακλινόμενα προστατευτικά κάγκελα με ημιαυτόματο σύστημα που να κατεβαίνουν εύκολα κάτω από την επιφάνεια κατάκλισης και να καλύπτουν όσο είναι τεχνικά δυνατό όλο το μήκος του φορείου.

**ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΥΨΩΣΗ:** Να γίνεται με ποδομοχλό που να μην εξέχει του φορείου, να βρίσκεται στο κάτω μέρος (πόδια) και με δυνατότητα μεταβολής ύψους μεταξύ 550mm – 900mm περίπου.

**ΤΡΟΧΟΙ:** 4 τροχοί διαμέτρου Φ200mm, πάχους 4 εκ. με σύστημα πέδησης ανά τροχό με σφαιρικά ρουλεμάν και στον άξονα και στην περιστροφή και τεχνικά κατασκευασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε οι τροχοί να μην εξέχουν του φορείου.

**ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΟΡΕΙΟΥ-ΧΩΡΟΥ:** Να διαθέτει 4 περιμετρικούς προσκρουστήρες στις 4 γωνίες ή προστατευτικές μπάρες ενισχυμένες στα δύο άκρα.

**ΜΕΤΑΦΟΡΑ:** Να φέρει χειρολαβές μετακίνησης στο πάνω και κάτω μέρος του φορείου και σε ύψος 25-30 εκ. περίπου από την επιφάνεια κατάκλισης.

**ΣΤΡΩΜΑ:** Πάχος 6-10 εκ. περίπου, αδιάβροχο, ανατομικό, με κάλυψη από αντιπυρική δερματίνη αρίστης ποιότητας.

**ΠΡΟΣΘΕΤΑ:** Να διαθέτει:

- Θέση στήριξης φιάλης οξυγόνου διαμέτρου έως 160mm.
- 4 θέσεις (σε κάθε γωνία) για στατό ορών που να κλείνει από κάτω, να φέρουν σφικτήρα συγκράτησης και να μην εξέχουν του φορείου.
- Στατό ορού με άγκιστρο ανοξείδωτα.
- Ράφι για τοποθέτηση προσωπικών αντικειμένων στο κάτω μέρος του φορείου που να είναι πλέγμα ανοξείδωτο.
- Να διαθέτει επιφάνεια μεταφοράς ασθενών από το φορείο στο κρεβάτι και αντίστροφα που να είναι κατασκευασμένη από συμπαγές, εύκαμπτο, άθραυστο, ακτινοδιαπερατό υλικό και να διαθέτει περιμετρικά χειρολαβές μετακίνησης.

**ΣΗΜΑΝΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:** Να φέρει σήμανση CE και ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO.

**ΕΓΓΥΗΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:** Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας για πέντε (5) τουλάχιστον έτη και υποχρέωση συντήρησης με χρήση ανταλλακτικών για δέκα (10) τουλάχιστον έτη. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

<b>A/A 17</b>	<b>ΚΥΒΟΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ</b>	<b>3</b>
---------------	------------------------------------	----------

**ΚΥΒΟΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ**

**Μαξιλάρι σφήνα ιδανικό για την ανύψωση των ποδιών** βοηθώντας στην καλή κυκλοφορία του αίματος. Βοηθά την αναπνοή στο κρεβάτι και απαλύνει τους πόνους στον αυχένα και τους ώμους. Χρησιμοποιώντας το στην όρθια θέση προσφέρει ένα άνετο υποστήριγμα πλάτης. Κατασκευασμένο από υποαλλεργικό αφρολέξ επενδυμένο με ύφασμα. Διαστάσεις βάσης 60x60 εκ. και ύψος από 1 έως 30 εκ

<b>A/A 18</b>	<b>ΚΑΝΙΣΤΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΝ</b>	<b>8</b>
---------------	------------------------------	----------

**ΣΑΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ κάνιστρα**

Σάκοι αναρρόφησης με ενσωματωμένο αντιβακτηριδιακό φίλτρο και σύστημα προστασίας από υπερχειλίση, με ασφαλές πώμα κλεισίματος και χειρολαβή απομάκρυνσης και με μια μόνο έξοδο στο καπάκι, αυτή προς τον ασθενή.

Να παρέχονται αντίστοιχα κάνιστρα πολλαπλών χρήσεων και συνδετικά στήριξής τους. Να συνοδεύονται από έγγραφα κατασκευαστή για πιστοποίηση των ακόλουθων εργαστηριακών δοκιμών - έλεγχο σωστής εφαρμογής σάκου - κάνιστρου, διαρροών αέρα, αντοχών σάκου σε συνθήκες αυξημένης εσωτερικής και εξωτερικής πίεσης.

Σε χωρητικότητες 3 lt. ΜΕ ΔΕΙΓΜΑ

<b>A/A 19</b>	<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ</b>	<b>1</b>
---------------	-----------------------------	----------

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ**

Με φελλό διαστάσεις 60cm / 90 cm

<b>A/A 20</b>	<b>ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΥΤΙΑ</b>	<b>ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ</b>
---------------	---------------------------------	-----------------------

**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΥΤΙΑ-ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**

242\*242

42.5\*28\*18.4

575\*431

600\*400

800\*800

500\*50

<b>A/A 21</b>	<b>ΝΤΕΞΙΟΝ</b>	<b>1</b>
---------------	----------------	----------

Μεταλλική ραφιέρα (γκρι) τ. Dexion με 4 ράφια Υ170 x Π92 x Β38 cm.

Κιτ συσκευασμένο για εύκολη μεταφορά.

Αντοχή 60 kg ανά ράφι.

Περιέχονται βίδες κομβοελάσματα και πέλματα

<b>A/A 22</b>	<b>ΣΕΝΤΟΝΙΑ</b>	<b>100</b>
---------------	-----------------	------------

**ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΛΕΥΚΑ**

Κατασκευασμένα για αντοχή στην έντονη χρήση (Νοσοκομείο) με συχνό πλύσιμο και αποστειρώσεις-χλωριώσεις:

ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 1,65μ.Χ2,70μ. (με γύρισμα - ρεβέρ επάνω μέρος 4 cm γύρισμα στο κάτω μέρος 1 cm)

ΥΦΑΣΜΑ: Σενδονόπανο (ύφανσης 1/1), βάρους 160 γρ/μ<sup>2</sup> κατ' ελάχιστο, λευκασμένο (υπέρλευκο), αντοχή στους 90°C και στο χλώριο, φινιρισμένο με επεξεργασία προσυρρίκνωσης (SANFORD) για συστολές κάτω του 3% στο πλύσιμο, χωρίς να χνουδιάζει και απελευθερώνει ινίδια.

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ: Σφραγίδα από ανεξίτηλο μελάνι κόκκινου χρώματος με το λογότυπο Ν.Ε.Ε.Σ. στην άνω δεξιά γωνία)

Πιστοποιήσεις:

- Το ύφασμα να είναι εγκεκριμένο για χρήση σε είδη με έγκριση CE
- Η προμηθεύτρια/κατασκευάστρια εταιρία να διαθέτει πιστοποιήσεις ISO 9001:2015 και ISO13485:2016
- Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά

<b>A/A 23</b>	<b>ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ</b>	<b>15</b>
---------------	------------------	-----------

**ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΑΠΛΑ ΜΕ ΘΗΚΗ**

ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΑΠΛΑ ΜΕ ΘΗΚΗ ,ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 0,65Χ0,45 cm, ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ : ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΝΑ ΠΛΕΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΟΙΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΤΕΓΝΩΝΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ.

Η ΘΗΚΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ, ΝΑ ΑΝΤΕΧΕΙ ΣΤΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ.

<b>A/A 24</b>	<b>ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ</b>	<b>30</b>
---------------	----------------------	-----------

**ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΗ**

ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΗ ΛΕΥΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 55 Χ 75 ΕΚ ΜΕ ΚΕΝΤΗΜΑ

<b>A/A 25</b>	<b>ΠΑΠΛΩΜΑΤΑ</b>	<b>10</b>
---------------	------------------	-----------

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΚΙΑ**

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΚΙΑ ΛΕΥΚΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ : Να είναι από βαμβάκι 100%, άριστης ποιότητας, προδιαγραφών για νοσοκομειακή χρήση, καλά εκκοκκισμένο, καθαρό μικρόνιο, ομοειδές, απαλλαγμένο ξένων ουσιών. Χρώμα λευκό, σταθερό και ανεξίτηλο κατά τη χρήση σε υψηλές θερμοκρασίες 90βαθμών Κελσίου, στο χλώριο, σε καθημερινή χρήση στα πλυντήρια. Να πλένονται για τουλάχιστον μία ώρα στους 60 βαθμούς Κελσίου. Εσωτερικά το καπιτονάρισμα να είναι από ψημένο υαλοβάμβακα σιλικοναρισμένο. Οι ραφές να είναι ρομβοειδείς μεγέθους 10x10 . Σε όλη την

επιφάνεια του παπλώματος τα γαζιά να είναι πυκνά, διπλά, ισομετρικά, χωρίς ξέφτια και τραβήγματα, στο τέλος να φέρουν στερέωμα. Το ρέλιασμα να είναι συμμετρικό από το ίδιο το ύφασμα φάρδους 150cm καθαρό. Οι διαστάσεις του παπλώματος να είναι 2,20cmx 1,50cm με τις τέσσερις γωνίες στρογγυλεμένες. Να φέρουν την σήμανση του τμήματος από ανεξίτηλο υλικό που να είναι ευδιάκριτο.

<b>A/A 26</b>	<b>ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΠΙΚΕ ΜΑΛΛΙΝΗ</b>	<b>10</b>
---------------	-------------------------------	-----------

#### ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΠΙΚΕ ΜΑΛΛΙΝΕΣ

Κουβέρτες πικέ μάλλινες με διαστάσεις 160\*240

<b>A/A 27</b>	<b>ΠΕΤΣΕΤΕΣ – ΠΟΥΡΝΟΥΖΟΠΕΤΣΕΤΕΣ</b>	<b>30</b>
---------------	-------------------------------------	-----------

#### ΠΕΤΣΕΤΕΣ

Πετσέτες προσώπου 100% βαμβακερές απορροφητικές

Διαστάσεις 50cm/90cm

#### ΜΠΟΥΡΝΟΥΖΟΠΕΤΣΕΤΕΣ

100% βαμβακερές απορροφητικές

Διαστάσεις 120CM/70CM

<b>A/A 28</b>	<b>ΚΑΡΕΚΛΕΣ</b>	<b>30</b>
---------------	-----------------	-----------

#### **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ**

Η Τροχήλατη καρέκλα να φέρει περιστρεφόμενη έδρα, ελεύθερη ως προς τον κατακόρυφο άξονα, να έχει στρογγυλεμένα άκρα και ρυθμιζόμενο ύψος.

Το πίσω μέρος της πλάτης να καλύπτεται με πλαστικό από πολυπροπυλένιο.

Στο κέντρο της βάσης να υπάρχει υποδοχή στην οποία να εφαρμόζει αμορτισέρ που ρυθμίζει το ύψος. Να υπάρχουν χειρολαβές ώστε να πραγματοποιούνται όλες οι κλίσεις της πλάτης και το ύψος της βάσης. Οι βραχίονες να είναι σταθεροί από ημίσκληρη πολυουρεθάνη.

Να προσκομισθεί δείγμα

<b>A/A 29</b>	<b>ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ</b>	<b>6</b>
---------------	-------------------	----------

#### **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ**

Η έδρα και η πλάτη να είναι ενιαία ώστε να κάθεται άνετα και ξεκούραστα ο χρήστης το δε εσωτερικό πάχος της να είναι 12 χιλ. Το ταπετσαρισμένο τμήμα της πολυθρόνας να είναι κατασκευασμένο και καλουπωτό από αφρώδες βραδυφλεγές υλικό πάχους 60 χιλ. περίπου.

Διαστάσεις πολυθρόνας 55X55εκ το λιγότερο. Ύψος :60 εκ. το λιγότερο.

Ο σκελετός να είναι κατασκευασμένος από χαλυβδοσωλήνα κυκλικό 2 χιλ. περίπου

Να έχει τέσσερα κάτω άκρα με πλαστικά πέλματα για την προστασία του δαπέδου.

Οι βραχίονες να είναι σταθεροί από ημίσκληρη πολυουρεθάνη.

Η εξωτερική επένδυση να είναι από δερματίνη χρώματος σκούρου (μαύρο, γκρι, μπλε, ή πράσινου).

Εγγύηση χρήσης 2 ετών.

Να προσκομισθεί δείγμα.

<b>A/A 30</b>	<b>ΚΟΜΟΔΙΝΑ</b>	<b>6</b>
---------------	-----------------	----------

Κομοδίνο Νοσηλείας-τραπεζοτουαλέτα  
Επιφάνεια laminate με ρόδες και φρένα.

<b>A/A 31</b>	<b>ΤΡΑΠΕΖΙΔΙΑ</b>	<b>6</b>
---------------	-------------------	----------

#### ΤΡΑΠΕΖΙΔΙΟ

ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ, ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΘΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΓΕΙΣΟ, ΑΥΞΟΜΕΙΟΥΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ ΑΠΟ 80-140 CM ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΔΟΜΟΧΛΟΥ (ΠΕΝΤΑΛ), ΜΕ 3 ΤΡΟΧΟΥΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ Τ ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΔΥΟ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΦΡΕΝΟ ,ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 50 Χ 70 Χ 80/140(Π Χ Μ Χ ΥΨ). ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ

<b>A/A 32</b>	<b>ΣΚΑΜΠΟ</b>	<b>2</b>
---------------	---------------	----------

#### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΚΑΜΠΟ

Να είναι τετράγωνο.

Ο σκελετός να είναι κατασκευασμένος από χαλυβδοσωλήνα τετράγωνου σχήματος κατάλληλα διαμορφωμένος με ισχυρά κολλήματα.

Να έχει τέσσερα κάτω άκρα με πλαστικά πέλματα, για την προστασία του δαπέδου.

Η εξωτερική επένδυση να είναι από δερματίνη χρώματος σκούρου (μαύρο, γκρι, μπλε, ή πράσινου).

Διαστάσεις καθίσματος: 40Χ30εκ περίπου. Ύψος από το δάπεδο: 45 εκ.

Να προσκομισθεί δείγμα.

<b>A/A 33</b>	<b>ΥΠΟΠΟΔΙΑ</b>	<b>6</b>
---------------	-----------------	----------

#### Περιγραφή ΥΠΟΠΟΔΙΑ

Μονόσκαλο Ιατρείου FOOT CFS-01

Κατασκευή σκελετού από ατσάλινο σωλήνα βαμμένο σε χρώμα Γκρί .

Ελαστική σκληρή επιφάνεια που δεν γλιστρά .

Διαστάσεις 42,5 x 34 x 23 cm.

Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο 180 κιλά.



<b>A/A 34</b>	<b>ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΦΑΚΕΛΩΝ</b>	<b>1</b>
---------------	--------------------------	----------

**Περιγραφή**

- Σχεδιασμένο ειδικά για την μεταφορά και φύλαξη των φακέλων ασθενών.
- Διαθέτει 2 συρτάρια μεταλλικά ηλεκτροστατικά βαμμένα(ύψους 31cm) και εξοπλισμένα με σύστημα “auto-return”.
- Σύστημα κεντρικού κλειδώματος των συρταριών.
- Στο εσωτερικό των συρταριών διαθέτει ράγες συγκράτησης των φακέλων, οι οποίες μεταβάλλονται ανάλογα με τις διαστάσεις των φακέλων.
- Διαθέτει προέκταση επιφάνειας στο πλάι, η οποία ανοίγει και κλείνει εύκολα.
- Η κίνηση γίνεται εύκολα με 4 τροχούς, 2 από τους οποίους διαθέτουν φρένο.
- Η επιφάνεια είναι επικαλυμμένη με ειδικό αντιολισθητικό και αντιμικροβιακό υλικό.
- Συμπαγής κατασκευή υψηλής αντοχής, κατάλληλη για κλινικές, νοσοκομεία και ιατρεία.

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

Ύψος:	93cm
Μήκος:	69cm
Πλάτος:	52cm

<b>A/A 35</b>	<b>ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ</b>	<b>2</b>
---------------	-------------------	----------

**ΕΡΜΑΡΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ**

ΕΡΜΑΡΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ . ΜΕ ΜΗΚΟΣ 180CM ΚΑΙ ΥΨΟΣ 1,30CM. ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΩΝ ΕΩΣ 50 CM.

**ΕΠΙΠΛΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ**

ΕΠΙΠΛΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΥΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΜΕΛΑΜΙΝΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ Νο 6801 Π10 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΚΑΘΕ ΤΕΧΑΧΙΟ: ΠΛΑΤΟΣ 35cm, ΜΗΚΟΣ 90cm, ΥΨΟΣ 130cm (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΜΕ ΤΑ ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ).ΤΟ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΝΑ ΚΛΕΙΝΕΙ ΜΕ ΠΟΡΤΑΚΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΛΟ ΝΑ ΕΧΕΙ ΡΑΦΙΑ.Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ.

<b>A/A 36</b>	<b>ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ</b>	<b>10</b>
---------------	---------------------------	-----------

**1) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΡΙΘΕΣΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ**

(Με τραπεζάκι)

ΜΗΚΟΣ (121-125 cm περίπου)

ΥΨΟΣ (80-85 cm περίπου)

ΒΑΘΟΣ (55-60 cm περίπου)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Μεταλλικός με ενιαία έδρα –πλάτη με ανατομικό σχήμα και εργονομία σε χώρους αναμονής και από υλικό υψηλής αντοχής. Τα πόδια στήριξης να είναι από υλικό χωρίς ραφές ή σκοτίες για μη συγκράτηση σκόνης και εύκολο καθάρισμα.

Το ενσωματωμένο στη κατασκευή τραπεζάκι να έχει περίπου διαστάσεις 50x45 cm.

Προτεινόμενα χρώματα αποχρώσεις του γκρι.

Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δυο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη.

Να προσκομισθεί δείγμα.

## **2) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ**

**(Χωρίς τραπεζάκι)**

ΜΗΚΟΣ (121-125 cm περίπου)

ΥΨΟΣ (80-85 cm περίπου)

ΒΑΘΟΣ (55-60 cm περίπου)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Μεταλλικός με ενιαία έδρα –πλάτη με ανατομικό σχήμα και εργονομία σε χώρους αναμονής και από υλικό υψηλής αντοχής. Τα πόδια στήριξης να είναι από υλικό χωρίς ραφές η σκοτίες για μη συγκράτηση σκόνης και εύκολο καθάρισμα.

Προτεινόμενα χρώματα αποχρώσεις του γκρι.

Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δυο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη.

Να προσκομισθεί δείγμα.

<b>A/A 37</b>	<b>ΠΑΡΑΒΑΝ</b>	<b>6</b>
---------------	----------------	----------

1.Να είναι κατασκευασμένα από υλικό που να είναι ανθεκτικό και κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση, στρογγυλής διατομής 22χιλ. περίπου.

2.Τριών φύλλων με κατάλληλες αρθρώσεις έτσι ώστε να μπορεί να διπλωθεί και να μετατραπεί σε δίφυλλο ή μονόφυλλο διαστάσεων περίπου 60X175 εκ. περίπου.

3.Η συνολική τους διάσταση να είναι περίπου 180X175 εκ.

4.Το κάθε πλαίσιο να φέρει ύφασμα άριστης ποιότητας και αντοχής που να πλένεται σύμφωνα με τα νοσοκομειακά πρότυπα, χρώματος με επιλογή από χρωματολόγιο.

5.Το πανί να στηρίζεται σταθερά σε βέργες μασίφ ή άλλο τρόπο ώστε να υπάρχει η δυνατότητα εύκολης αφαίρεσης.

6. Οι τροχοί να είναι περιστρεφόμενοι διαμέτρου περίπου 8 εκ. περίπου για εύκολη μεταφορά και καθάρισμα.

7. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.

## **ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ**

<b>A/A 38</b>	<b>ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ</b>	<b>3</b>
---------------	--------------------------	----------

Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο με έγχρωμη οθόνη και μοντέρνο σχεδιασμό με 2 επιπλέον ακουστικά και σταθμούς φόρτισης τους. Εμβέλεια 6 Μέτρα.

<b>A/A 39</b>	<b>ΤΗΛΕΦΩΝΑ</b>	<b>5</b>
---------------	-----------------	----------

#### ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ

Χαρακτηριστικά

Χρώμα Μαύρο

Τύπος Γραφείου

Οθόνη Ναι

Μνήμη -

Λειτουργίες Δυνατότητες Αναγνώριση Κλήσης, Ανοιχτή Ακρόαση

<b>A/A 40</b>	<b>ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ</b>	<b>3</b>
---------------	--------------------	----------

<b>ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	
<b>ΚΟΥΤΙ</b>	<i>Κουτί Small ή Midi ή FULL TOWER Black/Silver</i>
<b>MOTHERBOARD</b>	<i>Υποστήριξη επεξεργαστή: Intel Core i3 ή ανώτερος Θύρα εξωτερικής οθόνης: Σύνδεση HDMI, Σύνδεση Display Port USB 3.1 GEN 1: &gt; 4 ports 1X Slot half height PCIe x 16 1X Slot half height PCIe x1</i>
<b>ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ</b>	<i>Intel Integrated Graphics: NAI</i>
<b>ΕΠΕΞ/ΣΤΗΣ</b>	<i>Τύπος Επεξεργαστή&gt;= Intel Core i3, Συχνότητα&gt;= 3,50GHz Cache &gt;= 3MB Supports Windows 10</i>
<b>ΜΝΗΜΗ</b>	<i>Τύπος DDR4 &gt;= 4GB επεκτάσιμη έως 32 Gb Memory slots &gt;=2 Ταχύτητα μνήμης &gt;= 2300 MHZ</i>
<b>ΔΙΣΚΟΣ</b>	<i>Αριθμός σκληρών δίσκων &gt;=1 Τύπος Δίσκου SATA ή ανώτερος Χωρητικότητα &gt;= 500GB Ταχύτητα &gt;= 7200rpm</i>
<b>ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ</b>	<i>Ισχύς&gt;=170W Efficient &gt;=80% 80 plus Bronze NAI</i>
<b>DVDRW</b>	<i>DVDRW &gt;=24XSATA</i>

<b>ΔΙΚΤΥΩΣΗ</b>	<b>ETHERNET LAN 10/100/1000Mbps (RJ 45) Slot for Wi Fi Card x1</b>
<b>KEYBOARD</b>	<p><b>Χρώμα: Μαύρο</b></p> <p><b>Σύνδεση : Ενσύρματη USB 2.0</b></p> <p><b>Διάταξη Πλήκτρων:</b></p> <p><b>Αγγλικά, Αριθμητικά, Ελληνικά</b></p> <p><b>Το πληκτρολόγιο να είναι της ίδιας εταιρείας με αυτή του Η/Υ.</b></p>
<b>MOUSE</b>	<p><b>Τύπος: Οπτικό</b></p> <p><b>Χρώμα : Μαύρο</b></p> <p><b>Σύνδεση : Ενσύρματη USB 2.0</b></p> <p><b>Το ποντίκι να είναι της ίδιας εταιρείας με αυτή του Η/Υ.</b></p>
<b>ΗΧΟΣ</b>	<b>ONBOARD SOUND CARD &gt;= 5.1</b>
<b>ΟΘΟΝΗ (monitor)</b>	<p><b>Τεχνολογία: LED, VESA 100x100 Διαγώνιος &gt;=24"</b></p> <p><b>Ανάλυση &gt;= 1920x 1080</b></p> <p><b>Φωτεινότητα &gt;=250cd/m2</b></p> <p><b>Αντίθεση &gt;=4.000.000:1</b></p> <p><b>Είσοδοι: 1 x Displayport</b></p> <p><b>1 x HDMI</b></p> <p><b>1 x USB 3.0</b></p> <p><b>2 x USB 2.0</b></p> <p><b>Pivot :NAI</b></p> <p><b>Swivel :NAI</b></p> <p><b>Height Adjustable :NAI</b></p> <p><b>Tilt :NAI</b></p>
<b>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ</b>	<p><b>Να περιλαμβάνει και άδεια για Windows 10 pro GR 64 bit μαζί με USB</b></p> <p><b>Windows 10 Pro OS Recovery 64 bit</b></p> <p><b>Προεγκατεστημένο: NAI</b></p> <p><b>Ενεργοποιημένο : NAI</b></p>

<b>ΕΓΓΥΗΣΗ</b>	<p><i>Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να καλύπτεται από εγγύηση του κατασκευαστή τουλάχιστον για τρία (3) έτη μετά την παραλαβή του, με υποστήριξη On_site</i></p> <p><i>Η εγγύηση θα πρέπει να πιστοποιείται εγγράφως με παραπομπή σε επίσημα έγγραφα του κατασκευαστή του υλικού.</i></p> <p><i>Όλος ο προσφερόμενος εξοπλισμός να είναι του ίδιου οίκου</i></p>
----------------	---

<b>A/A 41</b>	<b>ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ</b>	<b>2</b>
---------------	------------------	----------

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τύπος	Inkjet
Χρώμα	Μονόχρωμο
Πολυμηχάνημα	Όχι
Αναλώσιμο	Μελάνη
Αριθμός Αναλώσιμων	1
Μέγεθος Χαρτιού	A4, A5, A6, C6, Legal, Letter
Συμβατότητα	Windows
Συνδεσιμότητα	Wi-Fi, USB
Ταχύτητα μονόχρωμης εκτύπωσης	>=37 ppm
Duplex Print	Χειροκίνητο
Μέγιστη Ανάλυση	>=1400x720 DPI
Εγγύηση	>=3 έτη

<b>A/A 42</b>	<b>ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ</b>	<b>1</b>
---------------	---------------------	----------

## ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ Χαρακτηριστικά:

- Έγχρωμη οθόνη 4,3" LCD
- Τροφοδοσία: AC100~240V, 50/60Hz
- Επίτοιχη τοποθέτηση
- Καλωδίωση: 4 καλωδίων
- Διαστάσεις: 157x167x28(mm)
- Οπίσθιος φωτισμός LED για υψηλότερη ανάλυση, φωτεινά χρώματα και υψηλή αντίθεση
- Ομιλία με ακουστικό
- Ενδοσυνεννόηση (με DP-4VHP)

- Εντολή ανοίγματος κλειδαριάς
- Μνήμη 50 επισκεπτών
- Καταγραφή VIDEO

Οι Προμηθευτές δύνανται να καταθέσουν και τεχνικά φυλλάδια ή prospectus που να αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή τους με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

## ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

**Οι προμηθευτρίες εταιρείες με την υποβολή της προσφοράς της θα αποστείλουν Υπεύθυνη δήλωση** (που εκάστοτε ισχύει σε εφαρμογή και των άρθρων 1 & 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ74/Α/26.03.2014) του Ν. 1599/1986), στην οποία αναλυτικά θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου καθώς και τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες, και στην οποία θα πρέπει να δηλώνεται ότι :

- Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς δεν συντρέχει για τους προσφέροντες λόγος αποκλεισμού από της αναφερόμενους στα άρθρα 73 (ειδικά παρ. 1, 2 και 4) και 74 του Ν 4412/2016, για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου.
- Τηρούν όλους τους Ελληνικούς Νόμους, τους σχετικούς με την εργασία (Εργατική – Ασφαλιστική Νομοθεσία).
- Έλαβαν γνώση των όρων της πρόσκλησης και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
- Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με της όρους της παρούσας Διακήρυξης των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
- Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική του διαγωγή βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, και ότι δεν έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα.
- Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας εφόσον ορίζεται στην πρόσκληση ή κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, και της δόλιας χρεοκοπίας.
- Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο.
- Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
- Παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Υπηρεσίας για αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση του Διαγωνισμού.
- Δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον επιλεγούν.
- Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.
- Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύονται για την απαρύγκλιτη τήρηση των διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Απριλίου

2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

- Αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν κάθε σχετικό δικαιολογητικό, εφόσον τους ζητηθεί.

Τα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τις παραπάνω προϋποθέσεις δύναται να ζητηθούν από τον μειοδότη, από την υπηρεσία σύμφωνα με την περί προμηθειών νομοθεσία κατά την υπογραφή της σύμβασης.

#### **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

- Οι προσφορές θα αναγράφουν την τιμή χωρίς Φ.Π.Α.
- Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι κρατήσεις, εκτός ΦΠΑ. Προσφορές που ζητούν απαλλαγή της από της κρατήσεις, δεν γίνονται δεκτές.

**Α. Οι προσφορές θα κατατίθενται υποχρεωτικά (άσχετα με τον τρόπο αποστολής τους) στην Γραμματεία του Νοσοκομείου προκειμένου να πρωτοκολληθούν, το αργότερο μέχρι και την 4/12/2020 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00 π. μ..**

- (Προσφορές που θα κατατίθενται μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνονται δεκτές και θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες).
- Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (ο οποίος θα φέρει τα πλήρη στοιχεία του συμμετέχοντος, επωνυμία –διεύθυνση – τηλέφωνο- fax – Α.Φ.Μ. ), με την ένδειξη:

**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  
<< ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.>>  
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ 2  
Τ.Κ. 11526 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ –ΑΘΗΝΑ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ : ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΕΘ  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 4/12/2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 π.μ.**

Οι προσφέροντες υποβάλλουν την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο που θα εμπεριέχει τους υποφακέλους που αναφέρονται ακολούθως, κατά την διαδικασία του άρθρου 92 παρ. 2 του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις :

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς θα εμπεριέχει τους ακόλουθους υποφακέλους:

**α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»** Περιέχει την Υπεύθυνη δήλωση.

**β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».** Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες

ενδείξεις. (CE, Αποδεικτικά ΕΝ, Τεχνικά φυλλάδια κ.λ.π.)

γ) **Ξεχωριστό σφραγισμένο** φάκελο με την ένδειξη «**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**». Περιέχει την οικονομική προσφορά βάσει Υποδείγματος.

Όλοι οι παραπάνω ΦΑΚΕΛΟΙ θα πρέπει να αναγράφουν ευκρινώς την ονομασία του περιεχομένου τους (π.χ. «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ») και την πλήρη «ΕΠΩΝΥΜΙΑ» του προσφέροντος οικονομικού φορέα.

### **ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Λόγω του επείγοντος και προκειμένου να εξοικονομείται χρόνος και να επιταχύνονται οι διαδικασίες, η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ενιαία, χωρίς διάκριση σταδίων/φάσεων (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών, Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς).

Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως μη κανονικές και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.

Κατά την συνεδρίαση, η Επιτροπή του Διαγωνισμού αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο προσφοράς, καθώς και τους φακέλους δικαιολογητικών συμμετοχής και της φακέλους των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, μονογράφει όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και την τεχνική προσφορά καθώς και την οικονομική προσφορά και καταγράφει στο πρακτικό της τα στοιχεία που περιέχονται σ' αυτή.

Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινίσεων, και με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών η Επιτροπή του Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό, στο οποίο αναδεικνύει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής με την παραπάνω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης και εισηγείται και γνωμοδοτεί στην υπηρεσία για τον προσωρινό ανάδοχο, το οποίο εγκρίνεται από την υπηρεσία.

**Οι οικονομικοί φορείς με την υποβολή της προσφοράς της θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να συγκεντρώσουν εγκαίρως τα δικαιολογητικά κατακύρωσης** (τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στην παρούσα πρόσκληση).

### **ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :**

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.



Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

#### **ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΙΔΟΥΣ:**

Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να γίνει άμεσα, το αργότερο εντός 30 ημερών (εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις τεχνικές προδιαγραφές ), από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, εφάπαξ ή τμηματικά, ανάλογα με την παραγγελία από την Υπηρεσία.

#### **ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ) (Άρθρο 80 Ν.4412/2016)**

Λόγω του επείγοντος, μετά την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης θα δοθεί προθεσμία τριών (3) ημερών στον ανάδοχο να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεσσαρακοστό πρώτο άρθρο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Α'84/13-04-2020).

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει ο προσωρινός ανάδοχος είναι τα εξής:

**A)** (Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες), απόσπασμα ποινικού μητρώου με ημερομηνία έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν την υποβολή του ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά :

- Στις περιπτώσεις ΕΠΕ, ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών ( Ι.Κ.Ε. ), ΟΕ. Και ΕΕ, τους διαχειριστές.
- Στις περιπτώσεις Α.Ε., τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

**B)** (Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) :

**I)** για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη της το ελληνικό δημόσιο.

**II)** για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού

κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα **ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική ασφάλιση).**

*Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα – προσωρινό ανάδοχο και στην περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα – μέλος της.*

*Σε περίπτωση υπερβολαβίας του άρθρου 12.6 της παρούσας, υποβάλλονται και για τον υπερβολάβο.*

**Τα παραπάνω αποδεικτικά της παρ. Β να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία κατάθεσής της.**

**Γ) (Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα ή επαγγελματικό παράπτωμα):**

**Ι)** για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η. , σύμφωνα με της κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα ( ατομικές επιχειρήσεις ) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.

**Τα παραπάνω αποδεικτικά της παρ. Γ να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.**

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει της περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, της περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή της χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

**ΙΙ)** για τη μη αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται της παρ 2 και 5 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, **υπεύθυνη δήλωση** του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή

εμπορικού οργανισμού της χώρας ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στο μέρος λόγοι αποκλεισμού.

**Δ.** πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο ( 2 ) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς με ημερομηνία έκδοσης έως τρεις μήνες από την υποβολή του.

Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 80, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.

Για την απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας προσκομίζουν πιστοποιητικό/ βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή της σε αυτό. Του κράτους εγκατάστασης.

**Το παραπάνω αποδεικτικό να έχει εκδοθεί έως τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.**

#### **Αποδεικτικά Έγγραφα Νομιμοποίησης:**

- I. Για Ανώνυμη εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό της, β) σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού και γ) Φ.Ε.Κ., στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας.
- II. Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε.
- III. Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού.

Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη Δ.Σ. της Α.Ε. και τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή της το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και της μεταβολές του. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται με πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ δύο (2) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει

πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. που έχει κατατεθεί.

Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω δικαιολογητικά, **εκτός** των περιπτώσεων Α & Γ. Ι. του παρόντος, θα πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, , όσο και κατά την ημερομηνία κατάθεσής της. Εάν κάποιο από τα ανωτέρω δεν είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, θα πρέπει να κατατεθεί ΚΑΙ το επικαιροποιημένο.

Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016 της αυτά προστέθηκαν με το ν.4605 /2019

**Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση (όλων) των ανωτέρω δικαιολογητικών εντός τριών (3) ημερών θα γίνει αποδεκτή σε αντικατάσταση των απαιτούμενων, ανά περίπτωση, δικαιολογητικών του άρθρου 80 του ν. 4412/2016 μόνο Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75) ή ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α' 167), που προβλέπεται στο εικοστό έβδομο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), της αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α'83),προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης και να συναφθεί η σύμβαση. Στην υποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση δηλώνονται από τον επιλεγέντα ανάδοχο ότι: α) δεν συντρέχει κανένα νόμιμο κώλυμα συμμετοχής του στη διαδικασία, β) εξακολουθεί να πληροί όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται στην οικεία διακήρυξη και γ) υποχρεούται να προσκομίσει τα νομίμως προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή ανάθεσης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. (ΠΝΠ 84/13.04.2020)**

**Σε περίπτωση που ο ανάδοχος, στο χρονικό διάστημα, που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου τεσσαρακοστού πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Α'84/13-04-2020, δεν προσκομίσει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή ανάθεσης, τότε κηρύσσεται έκπτωτος και παρακρατείται η εγγυητική καλής εκτέλεσης.**

#### **ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

**Ο χρόνος διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες (εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις τεχνικές προδιαγραφές. Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί κατόπιν αιτιολόγησης από τον προμηθευτή μόνο για λόγους ανωτέρας βίας και με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας.**

## **ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ο ανάδοχος θα προσκομίζει και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης της. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, η Υπηρεσία επιβάλλει της προβλεπόμενες της κείμενες διατάξεις κυρώσεις.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς επαύξησης της συμβατικής ποσότητας, το ανώτατο μέχρι ποσοστού 30%, ή μείωση αυτής μέχρι ποσοστού 50%. Επαύξηση της συμβατικής ποσότητας πέρα του 30% ή μείωση αυτής μέχρι ποσοστού κάτω του 50% επιτρέπεται μόνο ύστερα από συμφωνία της Υπηρεσίας και του προμηθευτή.

***Η Υπηρεσία, διατηρεί το δικαίωμα της μη κατακύρωσης - συμβασιοποίησης και απορρόφησης μέρους ή του συνόλου της ζητούμενης από την πρόσκληση ποσότητας των ειδών.***

## **ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ**

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

## **ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η εκτέλεση της Σύμβασης διέπεται συμπληρωματικά από τις διατάξεις του ν. 4412/2016, από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 133 του ν. 4412/2016, σε αμφότερες δε τις περιπτώσεις εφόσον η εν λόγω εφαρμογή διατάξεων δεν έρχεται σε αντίθεση με τα όσα ρητώς θεσπίζονται στην παρούσα πρόσκληση.

## **ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις αποκλεισμού ως ορίζονται από τον ν. 4412/2016 και την παρούσα και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία

2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

### **ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ**

Η πληρωμή θα γίνεται μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της προμήθειας των ειδών με έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής εντός δύο μηνών. Ως της τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο αρ. 200 του Ν. 4412/2016.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ επιβαρύνεται με της προβλεπόμενες από το νόμο υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεις, που παρακρατούνται κατά την εξόφληση του εντάλματος πληρωμής και αποδίδονται αρμοδίως.

Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται της ακόλουθες κρατήσεις :

- Υπέρ Δημοσίου, παρακράτηση ποσοστού 0,02% επί της αξίας των τιμολογίων των συμβάσεων των προμηθειών και υπηρεσιών υγείας, μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων, σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 36 του Ν.4412/2016.
- Ποσοστό 2% σύμφωνα με την αρ. Δυα/γ./π./οικ. 36932/1703-2009 Κ.Υ.Α σε εφαρμογή του Α:3 του Ν. 3580/2007.
- κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της ΕΑΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με το άρθρο 44 του 4605/2019 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 Τεύχος Α') που αντικαθιστά το άρθρο 375 παρ. 7 του Ν.4412/2016, επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων. Η ανωτέρω κράτηση υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου. Το ποσό αυτό αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και του ΟΓΑ αντίστοιχα και αποδίδεται κατά της κείμενες διατάξεις
- Υπέρ Α.Ε.Π.Π. 0,08% Εφαρμόζεται της δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται σύμφωνα με της διατάξεις του ν. 4412/2016 της ισχύουν, από αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα ή κεντρική αρχή αγορών ανεξαρτήτως της πηγής χρηματοδότησής της. Καταλαμβάνει της της συμβάσεις ανεξαρτήτως ποσού, που έχουν συναφθεί μετά την 22.03.2017 (Ν. 4412/2016 – ΦΕΚ 147<sup>Α</sup> Άρθρο 350, Κ.Υ.Α. 1191/2017 – ΦΕΚ969<sup>Β</sup>). Η ανωτέρω κράτηση υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου. Το ποσό αυτό αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και του ΟΓΑ αντίστοιχα και αποδίδεται κατά της κείμενες διατάξεις.
- παρακράτηση φόρου 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των ειδών, (άρθρο 64 4172/2013)

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Υπηρεσία.

Οι κρατήσεις υπολογίζονται στην καθαρή (πλην ΦΠΑ) αξία του τιμολογίου και σε αυτές (εκτός του φόρου) επιβάλλεται το νόμιμο χαρτόσημο.

**ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ**

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους, με την υπ' αριθμ. 131/14-10-2020 Απόφαση του Κε.Σ.Υ.Πε. ή μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 106 του Ν.4412.

**ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ**

Ενστάσεις – προσφυγές κατά της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων μέσω της παρούσης πρόσκλησης υποβάλλονται με την διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 127, 205 & 205<sup>Α</sup> του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

**ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

1. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως της το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος της της αποκατάστασή της.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί της υποχρεώσεις της που απορρέουν από της διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν 4412/2016.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΣ ΣΕ ΤΕΜ.	ΚΟΣΤΟΣ / ΤΜΧ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	Φ.Π.Α	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ
1	ΨΥΓΕΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ	1				
2	ΟΙΚΙΑΚΟ ΨΥΓΕΙΟ	1				
3	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ	6				
4	ΣΩΜΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ	3				
5	ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ	1				
6	ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟΣΤΙΕΡΑ	ΑΠΟ 1				

7	ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ	1				
8	ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ – ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ	8				
9	ΕΡΜΑΡΙΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	1				
10	ΕΡΜΑΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ	1				
11	ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ/ ΑΛΛΑΓΗΣ	6				
12	ΣΤΗΛΕΣ ΟΡΟΥ	8				
13	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ	1				
14	ΜΙΚΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	1				
15	ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ	1				
16	ΦΟΡΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ	1				
17	ΚΥΒΟΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ	3				
18	ΚΑΝΙΣΤΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΝ	8				
19	ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ	1				
20	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΥΤΙΑ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ				
21	ΝΤΕΞΙΟΝ	1				
22	ΣΕΝΤΟΝΙΑ	100				
23	ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ	15				
24	ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ	30				
25	ΠΑΠΛΩΜΑΤΑ	10				
26	ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΠΙΚΕ ΜΑΛΛΙΝΗ	10				
27	ΠΕΤΣΕΤΕΣ – ΜΠΟΥΡΝΟΥΖΟΠΕΤΣΕΤΕΣ	30				
28	ΚΑΡΕΚΛΕΣ	30				
29	ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ	6				
30	ΚΟΜΟΔΙΝΑ	6				
31	ΤΡΑΠΕΖΙΔΙΑ	6				
32	ΣΚΑΜΠΟ	2				
33	ΥΠΟΠΟΔΙΑ	6				
34	ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΦΑΚΕΛΩΝ	1				
35	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ	2				
36	ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	10				



37	ΠΑΡΑΒΑΝ	6				
38	ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ	3				
39	ΤΗΛΕΦΩΝΑ	5				
40	ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ	3				
41	ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ	2				
42	ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ	1				

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

<b>A/A 1</b>	<b>ΨΥΓΕΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ</b>	<b>1</b>
--------------	------------------------	----------

<b>ΓΕΝΙΚΑ</b>	<b>ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ</b>	<b>ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ</b>
Είδος Ψυγείο Βιτρίνας		
Χωρητικότητα 314 lt		
Ισχύς -		
Ελάχιστη Θερμοκρασία 1 °C		
Μέγιστη Θερμοκρασία 15 °C		
Βιτρίνας Ναι		
Τοποθέτηση Δαπέδου		
Πλάτος 53 cm		
Βάθος 59,5 cm		
Ύψος 179,3 cm		

Οι παραπομπές να τεκμηριώνονται και να υποδεικνύονται με υπογραμμίσεις και την αντίστοιχη αρίθμηση πάνω στα τεχνικά φυλλάδια. Όσο αφορά στα συνοδευτικά έγγραφα ( CE, ISO,

**συμμόρφωση με ΕΝ να αριθμούνται και να δηλώνεται στην παραπομπή  
ο αύξων αριθμός τους).**

**Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

**ΕΛΠΙΝΙΚΗ Α. ΤΑΒΙΑΝΑΤΟΥ**

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ**

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ  
Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  
ΥΠ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΜΕΘ