



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1^η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Α Θ Η Ν Ω Ν
«ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ.

Αθήνα 23 Ιουνίου 2026
Αρ. πρωτ.:.....

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ 2
ΤΑΧ. ΚΩΔ.: 115 – 26
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κ. Μαριάνα Λάζαρη
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213 2068352
e-mail: prom@0310.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (αρθ.118 ν.4412/2016) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: i) ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ SIEMENS MULTIX TOP ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 7.400,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24% (9.176,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%) ΚΑΙ ii) ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ SIEMENS MULTIX UP ΜΕ (CPV:504210000-2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 7.400,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24% (9.176,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%) (Α.Α. 23/2026).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Είδος Διαγωνισμού	ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
Αναθέτουσα Αρχή	ΝΠΔΔ Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένιο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.
Κριτήριο Κατακύρωσης	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής προσφορά
Τόπος Υποβολής Προσφορών	Πρωτόκολλο Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένιο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ., Αθανασάκη 2, Τ.Κ. 11526 Αθήνα
Ημερομηνία Λήξης Κατάθεσης Προσφορών	Ημερομηνία: 29/06/2026 Ημέρα: Δευτέρα Ώρα:14:00
Χρόνος Διενέργειας	Ημερομηνία: 30/06/2026 Ημέρα: Τρίτη Ώρα 11:00
Τόπος Διενέργειας	Τμήμα Προμηθειών
Περιγραφή Είδους/Υπηρεσίας	Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Ακτινολογικών Μηχανημάτων SIEMENS MULTIX TOP ΚΑΙ MULTIX UP
Προϋπολογισθείσα Δαπάνη	14.800,00€ πλέον ΦΠΑ 24%

Διάρκεια της σύμβασης	Από 15-07-2026 έως 14-07-2027
Χρόνος και Τόπος Παράδοσης	Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένιο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

Του Ν.4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»

Του Ν.4727/2020 Ψηφιακή Διακυβέρνηση – Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/8-8-2016τ.Α') «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

Του Ν.4542/2016 (Α'95) άρθρο 4ο «Ρυθμίσεις για την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας»

Του Ν.4270/2014 (Α'143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημοσιολογιστικό και άλλες διατάξεις»

Του Ν.4152/2013, υπο παρ. Ζ5 περί συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών

Του Ν.3918/11, άρ.13 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»

Του Ν.3329/05 (ΦΕΚ81Α'/4-4-05) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»

Του Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα της παρούσας διακήρυξης, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω

Σύμφωνα με τις αποφάσεις:

1. Την υπ' αριθ. πρωτ. 16926/25-05-2026 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (Συν. 17'/Θ. 5'/22-05-2026) με την οποία εγκρίνεται η έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας με τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές για την σύναψη ετήσιας σύμβασης για υπηρεσίες συντήρησης των ακτινολογικών μηχανημάτων SIEMENS MULTIX TOP και MULTIX UP
2. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με **ΑΔΑ:Ψ0ΥΓ46904Χ-ΞΧ8**.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Σε κατάθεση γραπτών και σφραγισμένων προσφορών, για την ανάθεση της υπηρεσίας «Υπηρεσίες συντήρησης των ακτινολογικών μηχανημάτων SIEMENS MULTIX TOP και MULTIX UP» με (CPV:50421000-2 υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού) προϋπολογισθείσας δαπάνης 14.800,00€ πλέον ΦΠΑ 24% (18.352,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) με απευθείας ανάθεση και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η ημερομηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών είναι η προηγούμενη (εργάσιμη) ημέρα από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή στις 29/06/2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Νοσοκομείο (Τμήμα Προμηθειών), ενώπιον επιτροπής, στις 30/06/2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου. Προσφορές που κατατίθενται στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος (1) ήτοι από 15/07/2026 έως και 14/07/2027.

Διευκρινήσεις:

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης είναι αναρτημένο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής: <http://www.korgialenio-benakio.gr> → Τμήμα Προμηθειών → Διαγωνισμοί – Προμήθειες → Documents → Α.Α.23/2026 για την απευθείας ανάθεση ανάδειξης αναδόχου για την υπηρεσία «Υπηρεσίες συντήρησης των ακτινολογικών μηχανημάτων SIEMENS MULTIX TOP και MULTIX UP».

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιεύτηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/16.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους της Πρόσκλησης.

1. Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιεύτηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/16.
2. Η προσφορά να κατατεθεί στην ελληνική γλώσσα μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος) ο οποίος θα περιλαμβάνει **τέσσερις** υποφάκελους: έναν υποφάκελο με τα δικαιολογητικά συμμετοχής, έναν υποφάκελο με την τεχνική προσφορά, έναν υποφάκελο με την οικονομική προσφορά και έναν υποφάκελο με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
3. Ο κυρίως φάκελος θα φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα, καθώς και τα στοιχεία της πρόσκλησης (τον αριθμό και τον τίτλο/αντικείμενο της πρόσκλησης, την επωνυμία της διενεργούντος προσκλήσεως και την ημερομηνία διενέργειας).
4. Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω:
Α) Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με τα αναφερόμενα στο (3) σχετικά στοιχεία και την ένδειξη **ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ** στον οποίο περιλαμβάνονται:

Α1) Υπεύθυνη δήλωση (όπως εκάστοτε ισχύει σε εφαρμογή και των άρθρων 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), του Ν. 1599/1986 στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχει ο οικονομικός φορέας και σύμφωνα με την οποία θα δηλώνεται ότι:

- Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των παρ. 1, 2 και 4β του άρθρου 73 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 74 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου.
- Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
- Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
- Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

- Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
- Στην περίπτωση νομικών προσώπων, η υπογραφή της ως άνω Υπεύθυνης Δήλωσης απαιτείται από τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα.

A2) Παραστατικό εκπροσώπησης εφόσον συμμετέχει με αντιπρόσωπο τους

Β)) Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ** στον οποίο τοποθετείται η τεχνική προσφορά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε έντυπη (και ηλεκτρονική μορφή, προς διευκόλυνση της Υπηρεσίας για την σύνταξη των ανάλογων πρακτικών **σε μορφή word**). Στην τεχνική προσφορά ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή μη των προσφερόμενων ειδών/υπηρεσιών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Πρόσκλησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄).

Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν κάθε στοιχείο σχετικό με την αναφερόμενη προμήθεια/υπηρεσία, (πιστοποιήσεις ISO, CE, Βεβαιώσεις, κ.λπ.), που περιγράφονται στο **Παράρτημα Α΄ (Τεχνικές Προδιαγραφές)** και να δηλώνουν το όνομα ή την Εμπορική Επωνυμία και Διεύθυνση του παραγωγού συσκευαστή.

Γ) Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με τα ανωτέρω στοιχεία και την ένδειξη **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ** στον οποίο τοποθετείται η οικονομική προσφορά σε έντυπη μορφή (και ηλεκτρονική μορφή, προς διευκόλυνση της Υπηρεσίας για την σύνταξη των ανάλογων πρακτικών **σε μορφή word**). Η οικονομική προσφορά πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄).

Δ) Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με τα αναφερόμενα στο (3) σχετικό στοιχεία και την ένδειξη **ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ** στον οποίο περιλαμβάνονται:

Ο ανάδοχος προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 θα πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν.4412/2016.

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Απόσπασμα σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος, ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση αυτή αφορά: α) στις περιπτώσεις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ, τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών Α.Ε, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του ΔΣ. Αναλόγως να υποβληθεί το ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό του Γ.Ε.ΜΗ. από το οποίο να προκύπτουν οι διαχειριστές ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή τα μέλη του ΔΣ. γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκδίδεται έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

β. Φορολογική ενημερότητα. (Το παρόν πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής του)

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) (Το παρόν πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής του)

δ. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή το ισχύον καταστατικό της εταιρείας από όπου προκύπτουν τα μέλη και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας (Το παρόν πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του).

ε. Υπεύθυνη Δήλωση ότι τηρεί τις υποχρεώσεις τους στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπίσει

με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

στ. Υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας/οικονομικού φορέα περί Αφερεγγυότητας, Πτώχευσης ή το αντίστοιχο Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο

5. Οι τιμές των προσφορών για τα προσφερόμενα είδη/υπηρεσίες θα εκφράζονται σε ευρώ (€). Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός ΦΠΑ. **Οι προσφερόμενες τιμές αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως, είναι δεσμευτικές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτει με σαφήνεια η τιμή, που υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη ή που θέτουν όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτονται ως μη κανονικές.** Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές απορρίπτονται.
6. Η ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών, των οικονομικών προσφορών, και έπειτα των δικαιολογητικών κατακύρωσης γίνεται σε μία δημόσια συνεδρίαση.
7. Κατά την αποσφράγιση της προσφοράς δικαιούνται να παρίστανται ο προσφέρων στο διαγωνισμό ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών, που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν νόμιμο παραστατικό εκπροσώπησης.
8. **Κατά την αξιολόγηση η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιαδήποτε διευκρίνιση ή στοιχείο κρίνει απαραίτητο.**
9. Οι προσφορές θα ισχύουν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών και θα αναγράφουν την αποδοχή των όρων της διακήρυξης.
10. Τρόπος Πληρωμής: Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ (€) μετά τη διαδικασία της παραλαβής των υπηρεσιών από την Επιτροπή Παραλαβής και την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υποπαρ.Ζ5 του Ν.4152/13 «περί συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών».
11. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ιδίως επιβαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) ποσοστό 0,1% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) (άρθρο 7 του ν.4912/2022), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.

β) ποσοστό 2% επί του τιμολογίου της σύμβασης μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου ποσού παρακρατούμενου υπέρ τρίτων, σύμφωνα με την αριθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./οικ. 36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. σε εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 3580/2007.

γ) με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8%, για υπηρεσίες και 4% για προμήθειες/αγαθά επί του καθαρού ποσού.

Σημειώνεται ότι οι κρατήσεις θα προσαρμόζονται αυτόματα στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

12. Σε περίπτωση αθέτησης των όρων της Σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος (άρθρο 203 του Ν.4412/16).
13. Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται ρητώς στην πρόσκληση, ισχύει η κείμενη Νομοθεσία.

14. Σε περίπτωση κατακύρωσης αντίστοιχου διαγωνισμού από την ΕΚΑΠΥ, την ΥΠΕ, το Υπουργείο ή άλλο Φορέα, μονομερώς το Νοσοκομείο και χωρίς δικαίωμα για αποζημίωση του αναδόχου, θα διακόψει την σύμβαση.
15. Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφίλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 106 του Ν.4412/2016.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ANASTASIOS KARANDREAS
23/06/2026 13:12

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

- Γρ. Προέδρου Δ.Σ.
- Γρ. Διοικητή
- Γρ. Αν. Διοικητή
- Δ/νση Διοικ. Υπηρεσίας
- Υποδ/νση Οικονομικού
- Υποδ/νση Τεχνικού
- Τμήμα Προμηθειών
- Τμήμα Οικονομικού
- Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Δ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΟΡΟΙ

Η ανάδοχος εταιρεία προσφέρει ετήσια σύμβαση επισκευής και συντήρησης για το ακτινολογικό συγκρότημα **MULTIX TOP** με κάλυψη ανταλλακτικών πλην της ακτινολογικής λυχνίας.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Οι προληπτικές συντηρήσεις θα εκτελούνται τρεις (3) φορές ετησίως, υποχρεωτικά, δηλαδή μία (1) φορά ανά τετράμηνο. Κατά τη διάρκειά τους θα πραγματοποιούνται ρυθμίσεις ή αντικαταστάσεις εξαρτημάτων, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο.
2. Κατά τις ίδιες επισκέψεις θα διενεργούνται έλεγχοι, παρεμβάσεις, ρυθμίσεις ή αντικαταστάσεις εξαρτημάτων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες και με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστικού Οίκου, όπως αυτές περιγράφονται στα σχετικά τεχνικά εγχειρίδια.
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να εγκαθιστά τις ενημερώσεις λογισμικού λειτουργίας των μηχανημάτων (software updates), όταν αυτές προτείνονται από τον κατασκευαστικό Οίκο.
4. Οι επισκέψεις για τις προληπτικές συντηρήσεις θα προγραμματίζονται κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και το Ακτινολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
5. Το κόστος των ανταλλακτικών περιλαμβάνεται στην αξία της συντήρησης.
6. Μετά το πέρας κάθε παρέμβασης (τακτικής ή επανορθωτικής), ο Ανάδοχος θα υποβάλλει δελτίο τεχνικής εξυπηρέτησης, το οποίο θα παραδίδει στο Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ή στον αρμόδιο χειριστή του εκάστοτε μηχανήματος του Νοσοκομείου.
7. Ως πλημμελής θα χαρακτηρίζεται η συντήρηση κατά την οποία, από υπαιτιότητα του Συντηρητή, δεν έχουν εκτελεστεί οι προβλεπόμενες εργασίες σύμφωνα με τις οδηγίες και τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, ή/και δεν έχει συμπληρωθεί και υπογραφεί το σχετικό δελτίο συντήρησης.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Η προσφορά για την κατάρτιση της σύμβασης θα περιλαμβάνει τη λειτουργική συντήρηση του συγκροτήματος και ειδικότερα:

- α) Έλεγχο ασφαλείας, μετρήσεις τάσεων, παλμών κ.λπ.
- β) Έλεγχο της ικανότητας λειτουργίας και της απόδοσης του συγκροτήματος.
- γ) Τις αναγκαίες ρυθμίσεις, λιπάνσεις κ.λπ.
- δ) Τη συμπλήρωση ή, εφόσον απαιτείται, την αντικατάσταση βοηθητικών υλικών, όπως π.χ. έλαιο λιπάνσεως Υ.Τ. κ.λπ.

ε) Έλεγχο για πιθανή διαρροή ακτινοβολίας.

Η προσφορά θα περιλαμβάνει επίσης την αποκατάσταση τυχόν ανωμαλιών και ειδικότερα:

- α) Την αποκατάσταση βλαβών και ζημιών που οφείλονται σε φυσιολογική φθορά από τη συνήθη χρήση.
- β) Την αντικατάσταση φθαρμένων ανταλλακτικών λόγω φυσιολογικής φθοράς και κανονικής χρήσης.
- γ) Τη λήψη κάθε απαιτούμενου προληπτικού μέτρου προς αποφυγή τυχόν ανωμαλιών ή ζημιών.

Η συντήρηση και επισκευή θα πραγματοποιούνται με τη χρήση των απαιτούμενων ειδικών εργαλείων και οργάνων ελέγχου, από εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό του Αναδόχου, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές που ισχύουν από τον κατασκευαστικό Οίκο του συγκροτήματος.

Όλα τα απαιτούμενα ανταλλακτικά συμπεριλαμβάνονται στη σύμβαση, πλην της ακτινολογικής λυχνίας.

A. **“Προγραμματισμένη συντήρηση”** είναι ο περιοδικός προληπτικός έλεγχος της ορθής λειτουργίας του συγκροτήματος, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κατασκευαστή και ανάλογα με την ένταση χρήσης του εξοπλισμού, εντός της χρονικής διάρκειας της σύμβασης. Περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, όπως: ρυθμίσεις, καθαρισμούς, ευθυγραμμίσεις, λιπάνσεις μηχανικών μερών, χρήση λογισμικού, επαληθεύσεις τιμών, επαναφορά παραμέτρων ποιοτικής απεικόνισης εντός των προβλεπόμενων ανοχών, καθώς και δοκιμές του συγκροτήματος σε κατάσταση λειτουργίας.

B. **“Επανορθωτική συντήρηση”** είναι το σύνολο των ενεργειών που αναλαμβάνει ο Συντηρητής για την αποκατάσταση βλάβης στο συγκρότημα ή σε μέρος του. Βλάβες ενδέχεται να εμφανιστούν και να γνωστοποιηθούν στον Συντηρητή είτε μεταξύ των προγραμματισμένων επισκέψεων συντήρησης, είτε κατά τη διάρκειά τους. Σε κάθε περίπτωση, ο Συντηρητής υποχρεούται, στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης επανορθωτικής συντήρησης, να τις αποκαθιστά αυτοδικαίως.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ.

Από τις υποχρεώσεις της αναδόχου εταιρείας εξαιρούνται οι περιπτώσεις βλαβών που οφείλονται σε εξωτερικούς και μη ελεγχόμενους παράγοντες, όπως φθορές ή καταστροφές που προκύπτουν από βαριά αμέλεια ή δόλο.

Ειδικότερα η ανάδοχος εταιρεία δεν θα καλύπτει τις εξής περιπτώσεις:

- Ελαττώματα που προκαλούνται ή προκύπτουν από κακή χρήση του συγκροτήματος, όπως ενδεικτικά: η χρήση του σε μη ενδεδειγμένο

περιβάλλον, η έκθεσή του σε ακατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας ή αερισμού, η εγκατάστασή του σε χώρο με μαγνητικές ή άλλες βλαπτικές παρεμβολές, η τροφοδοσία του από ακατάλληλη πηγή ηλεκτρικής ισχύος (διαφορετική από την προβλεπόμενη από τον κατασκευαστή Οίκο), και, γενικότερα, κάθε ελάττωμα που οφείλεται σε χρήση μη προβλεπόμενη από το εγχειρίδιο του κατασκευαστή του συγκροτήματος.

- Ελαττώματα που οφείλονται σε υπαίτιες ή κακόβουλες ενέργειες υπαλλήλων ή τρίτων (όπως καταστροφή, βανδαλισμός, εμπρησμός, ή παράλειψη της ενδεδειγμένης προληπτικής συντήρησης) εξαιρούνται από την ευθύνη της συντηρήτριας εταιρείας. Επιπλέον, η συντηρήτρια εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για ζημιές, βλάβες ή καταστροφές που οφείλονται σε κακούς χειρισμούς ή επεμβάσεις από αναρμόδια ή μη εγκεκριμένα από την ίδια πρόσωπα.
- Αποκατάσταση λειτουργικής αδυναμίας του συγκροτήματος, όταν αυτή οφείλεται στην ανάγκη αντικατάστασης αναλώσιμων υλικών.
- Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας ορίζονται ενδεικτικά οι εξής:

- Πυρκαγιά.
- Πλημμύρα.
- Σεισμός.
- Πόλεμος.
- Λανθασμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
- Μη ορθή λειτουργία των κλιματιστικών εγκαταστάσεων.

- Η αποκατάσταση οποιουδήποτε προβλήματος που εξαιρείται σύμφωνα με τα παραπάνω, θα θεωρείται πρόσθετη υπηρεσία και θα χρεώνεται βάσει του εκάστοτε ισχύοντος τιμοκαταλόγου παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Ο Διαγωνιζόμενος οφείλει, πριν την κατάθεση της προσφοράς του, να λάβει πλήρη γνώση της κατάστασης του ιατροτεχνολογικού και λοιπού εξοπλισμού που είναι εγκατεστημένος στο Νοσοκομείο και να καταθέσει, μαζί με την προσφορά του, σχετική βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου ότι έλαβε γνώση.
- Για τον ανωτέρω εξοπλισμό θα πρέπει να δοθούν τιμές ετήσιας συντήρησης, στις οποίες θα περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα ανταλλακτικά.
- Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι υποχρεούνται να διαθέτουν:
 - ο Πιστοποίηση **EN ISO 9001:2015**, με πεδίο εφαρμογής τη διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε., καθώς και της Υπουργικής Απόφασης **ΔΥ85/Γ.Π. ΟΙΚ/1348/2004**.

- ο Πιστοποίηση **EN ISO 13485:2016** για τη διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
- ο Πιστοποίηση **ISO/IEC 27001:2022** με πεδίο εφαρμογής την ασφάλεια πληροφοριών, την κυβερνοασφάλεια και την προστασία της ιδιωτικότητας.
- ο Πιστοποίηση **ISO 37001:2016**, διεθνές πρότυπο συστήματος διαχείρισης κατά της δωροδοκίας.

Όλες οι παραπάνω πιστοποιήσεις θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ, να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένο οργανισμό πιστοποίησης και να προσκομιστούν με την προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση μη υποβολής.

- Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικά εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο για τα συγκεκριμένα μηχανήματα ή εναλλακτικά τουλάχιστον τρεις (3), βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από δημόσια Νοσοκομεία για ετήσια συντήρηση όμοιων μηχανημάτων, τα τελευταία τρία (3) έτη, διασφαλίζοντας ότι ο εξοπλισμός θα παραδίδεται στο Νοσοκομείο μετά τη συντήρηση ή επισκευή του, σε πλήρως λειτουργική κατάσταση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού Οίκου. Το στοιχείο αυτό είναι κρίσιμο για την ασφάλεια των χρηστών και των ασθενών.
- Κατά τη λήξη του Συμβολαίου Συντήρησης, του ακτινολογικού συγκροτήματος τύπου MULTIX TOP του οίκου SIEMENS, αυτό θα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργική κατάσταση και θα παραδίδεται όπως κατά την έναρξή αυτού. Η λειτουργική κατάσταση των Μηχανήματος θα πιστοποιείται με τα αντίστοιχα τεχνικά δελτία.
- Ο Διαγωνιζόμενος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει πλήρες «Φύλλο Συμμόρφωσης», στο οποίο θα απαντώνται αναλυτικά και κατά σειρά όλα τα αιτήματα των τεχνικών προδιαγραφών, αποφεύγοντας μονολεκτικές ή ασαφείς απαντήσεις.

6) Ότι το τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας με το υπ' αρ. πρωτ. 37116/26-11-2025 (Ορθή Επανάληψη 20-05-2026) αίτημα σκοπιμότητας, αιτήθηκε τη σύναψη ετήσιας σύμβασης συντήρησης ακτινολογικού μηχανήματος SIEMENS MULTIX UP προϋπολογισμένης δαπάνης 7.400,00€ πλέον ΦΠΑ 24%,(9.176,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) με τις κάτωθι προδιαγραφές:

Δ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΟΡΟΙ

Η ανάδοχος εταιρεία προσφέρει ετήσια σύμβαση επισκευής και συντήρησης για το ακτινολογικό συγκρότημα **MULTIX UP** με κάλυψη ανταλλακτικών πλην της ακτινολογικής λυχνίας.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Οι προληπτικές συντηρήσεις θα εκτελούνται τρεις (3) φορές ετησίως, υποχρεωτικά, δηλαδή μία (1) φορά ανά τετράμηνο. Κατά τη διάρκειά τους θα πραγματοποιούνται ρυθμίσεις ή αντικαταστάσεις εξαρτημάτων, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο.
2. Κατά τις ίδιες επισκέψεις θα διενεργούνται έλεγχοι, παρεμβάσεις, ρυθμίσεις ή αντικαταστάσεις εξαρτημάτων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες και με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστικού Οίκου, όπως αυτές περιγράφονται στα σχετικά τεχνικά εγχειρίδια.
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να εγκαθιστά τις ενημερώσεις λογισμικού λειτουργίας των μηχανημάτων (software updates), όταν αυτές προτείνονται από τον κατασκευαστικό Οίκο.
4. Οι επισκέψεις για τις προληπτικές συντηρήσεις θα προγραμματίζονται κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και το Ακτινολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
5. Το κόστος των ανταλλακτικών περιλαμβάνεται στην αξία της συντήρησης.
6. Μετά το πέρας κάθε παρέμβασης (τακτικής ή επανορθωτικής), ο Ανάδοχος θα υποβάλλει δελτίο τεχνικής εξυπηρέτησης, το οποίο θα παραδίδει στο Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ή στον αρμόδιο χειριστή του εκάστοτε μηχανήματος του Νοσοκομείου.
7. Ως πλημμελής θα χαρακτηρίζεται η συντήρηση κατά την οποία, από υπαιτιότητα του Συντηρητή, δεν έχουν εκτελεστεί οι προβλεπόμενες εργασίες σύμφωνα με τις οδηγίες και τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, ή/και δεν έχει συμπληρωθεί και υπογραφεί το σχετικό δελτίο συντήρησης.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Η προσφορά για την κατάρτιση της σύμβασης θα περιλαμβάνει τη λειτουργική συντήρηση του συγκροτήματος και ειδικότερα:

- α) Έλεγχο ασφαλείας, μετρήσεις τάσεων, παλμών κ.λπ.
- β) Έλεγχο της ικανότητας λειτουργίας και της απόδοσης του συγκροτήματος.
- γ) Τις αναγκαίες ρυθμίσεις, λιπάνσεις κ.λπ.

- δ) Τη συμπλήρωση ή, εφόσον απαιτείται, την αντικατάσταση βοηθητικών υλικών, όπως π.χ. έλαιο λιπάνσεως Υ.Τ. κ..λ.π.
- ε) Έλεγχο για πιθανή διαρροή ακτινοβολίας.

Η προσφορά θα περιλαμβάνει επίσης την αποκατάσταση τυχόν ανωμαλιών και ειδικότερα:

- α) Την αποκατάσταση βλαβών και ζημιών που οφείλονται σε φυσιολογική φθορά από τη συνήθη χρήση.
- β) Την αντικατάσταση φθαρμένων ανταλλακτικών λόγω φυσιολογικής φθοράς και κανονικής χρήσης.
- γ) Τη λήψη κάθε απαιτούμενου προληπτικού μέτρου προς αποφυγή τυχόν ανωμαλιών ή ζημιών.

Η συντήρηση και επισκευή θα πραγματοποιούνται με τη χρήση των απαιτούμενων ειδικών εργαλείων και οργάνων ελέγχου, από εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό του Αναδόχου, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές που ισχύουν από τον κατασκευαστικό Οίκο του συγκροτήματος.

Όλα τα απαιτούμενα ανταλλακτικά συμπεριλαμβάνονται στη σύμβαση, πλην της ακτινολογικής λυχνίας.

Α. "Προγραμματισμένη συντήρηση" είναι ο περιοδικός προληπτικός έλεγχος της ορθής λειτουργίας του συγκροτήματος, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κατασκευαστή και ανάλογα με την ένταση χρήσης του εξοπλισμού, εντός της χρονικής διάρκειας της σύμβασης. Περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, όπως: ρυθμίσεις, καθαρισμούς, ευθυγραμμίσεις, λιπάνσεις μηχανικών μερών, χρήση λογισμικού, επαληθεύσεις τιμών, επαναφορά παραμέτρων ποιοτικής απεικόνισης εντός των προβλεπόμενων ανοχών, καθώς και δοκιμές του συγκροτήματος σε κατάσταση λειτουργίας.

Β. "Επανορθωτική συντήρηση" είναι το σύνολο των ενεργειών που αναλαμβάνει ο Συντηρητής για την αποκατάσταση βλάβης στο συγκρότημα ή σε μέρος του. Βλάβες ενδέχεται να εμφανιστούν και να γνωστοποιηθούν στον Συντηρητή είτε μεταξύ των προγραμματισμένων επισκέψεων συντήρησης, είτε κατά τη διάρκειά τους. Σε κάθε περίπτωση, ο Συντηρητής υποχρεούται, στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης επανορθωτικής συντήρησης, να τις αποκαθιστά αυτοδικαίως.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ.

Από τις υποχρεώσεις της αναδόχου εταιρείας εξαιρούνται οι περιπτώσεις βλαβών που οφείλονται σε εξωτερικούς και μη ελεγχόμενους παράγοντες, όπως φθορές ή καταστροφές που προκύπτουν από βαριά αμέλεια ή δόλο.

Ειδικότερα η ανάδοχος εταιρεία δεν θα καλύπτει τις εξής περιπτώσεις:

- Ελαττώματα που προκαλούνται ή προκύπτουν από κακή χρήση του συγκροτήματος, όπως ενδεικτικά: η χρήση του σε μη ενδεδειγμένο περιβάλλον, η έκθεσή του σε ακατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας ή αερισμού, η εγκατάστασή του σε χώρο με μαγνητικές ή άλλες βλαπτικές παρεμβολές, η τροφοδοσία του από ακατάλληλη πηγή ηλεκτρικής ισχύος (διαφορετική από την προβλεπόμενη από τον κατασκευαστή Οίκο), και, γενικότερα, κάθε ελάττωμα που οφείλεται σε χρήση μη προβλεπόμενη από το εγχειρίδιο του κατασκευαστή του συγκροτήματος.
- Ελαττώματα που οφείλονται σε υπαίτιες ή κακόβουλες ενέργειες υπαλλήλων ή τρίτων (όπως καταστροφή, βανδαλισμός, εμπρησμός, ή παράλειψη της ενδεδειγμένης προληπτικής συντήρησης) εξαιρούνται από την ευθύνη της συντηρήτριας εταιρείας. Επιπλέον, η συντηρήτρια εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για ζημιές, βλάβες ή καταστροφές που οφείλονται σε κακούς χειρισμούς ή επεμβάσεις από αναρμόδια ή μη εγκεκριμένα από την ίδια πρόσωπα.
- Αποκατάσταση λειτουργικής αδυναμίας του συγκροτήματος, όταν αυτή οφείλεται στην ανάγκη αντικατάστασης αναλώσιμων υλικών.
- Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας ορίζονται ενδεικτικά οι εξής:
 - Πυρκαγιά.
 - Πλημμύρα.
 - Σεισμός.
 - Πόλεμος.
 - Λανθασμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
 - Μη ορθή λειτουργία των κλιματιστικών εγκαταστάσεων.
- Η αποκατάσταση οποιουδήποτε προβλήματος που εξαιρείται σύμφωνα με τα παραπάνω, θα θεωρείται πρόσθετη υπηρεσία και θα χρεώνεται βάσει του εκάστοτε ισχύοντος τιμοκαταλόγου παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Ο Διαγωνιζόμενος οφείλει, πριν την κατάθεση της προσφοράς του, να λάβει πλήρη γνώση της κατάστασης του ιατροτεχνολογικού και λοιπού εξοπλισμού που είναι εγκατεστημένος στο Νοσοκομείο και να καταθέσει, μαζί με την προσφορά του, σχετική βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου ότι έλαβε γνώση.
- Για τον ανωτέρω εξοπλισμό θα πρέπει να δοθούν τιμές ετήσιας συντήρησης, στις οποίες θα περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα ανταλλακτικά.
- Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι υποχρεούνται να διαθέτουν:

- ο Πιστοποίηση **EN ISO 9001:2015**, με πεδίο εφαρμογής τη διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε., καθώς και της Υπουργικής Απόφασης **ΔΥ85/Γ.Π. ΟΙΚ/1348/2004**.
- ο Πιστοποίηση **EN ISO 13485:2016** για τη διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
- ο Πιστοποίηση **ISO/IEC 27001:2022** με πεδίο εφαρμογής την ασφάλεια πληροφοριών, την κυβερνοασφάλεια και την προστασία της ιδιωτικότητας.
- ο Πιστοποίηση **ISO 37001:2016**, διεθνές πρότυπο συστήματος διαχείρισης κατά της δωροδοκίας.

Όλες οι παραπάνω πιστοποιήσεις θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ, να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένο οργανισμό πιστοποίησης και να προσκομίστούν με την προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση μη υποβολής.

- Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικά εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο για τα συγκεκριμένα μηχανήματα ή εναλλακτικά τουλάχιστον τρεις (3), βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από δημόσια Νοσοκομεία για ετήσια συντήρηση όμοιων μηχανημάτων, τα τελευταία τρία (3) έτη, διασφαλίζοντας ότι ο εξοπλισμός θα παραδίδεται στο Νοσοκομείο μετά τη συντήρηση ή επισκευή του, σε πλήρως λειτουργική κατάσταση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού Οίκου. Το στοιχείο αυτό είναι κρίσιμο για την ασφάλεια των χρηστών και των ασθενών.
- Κατά τη λήξη του Συμβολαίου Συντήρησης, του ακτινολογικού συγκροτήματος τύπου MULTIX UP του οίκου SIEMENS, αυτό θα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργική κατάσταση και θα παραδίδεται όπως κατά την έναρξή αυτού. Η λειτουργική κατάσταση των Μηχανήματος θα πιστοποιείται με τα αντίστοιχα τεχνικά δελτία.
- Ο Διαγωνιζόμενος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει πλήρες **«Φύλλο Συμμόρφωσης»**, στο οποίο θα απαντώνται αναλυτικά και κατά σειρά όλα τα αιτήματα των τεχνικών προδιαγραφών, αποφεύγοντας μονολεκτικές ή ασαφείς απαντήσεις.

Παράρτημα Β΄
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

1. Οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων θα υποβληθούν με τη συμπλήρωση του παρακάτω πίνακα:

Επωνυμία εταιρείας	
Έδρα	
ΑΦΜ	
Όνομα προσφέροντος	
Στοιχεία επικοινωνίας	
Διάρκεια ισχύος προσφοράς	180 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας της Πρόσκλησης.
Υπογραφή	
Σφραγίδα	